

REPORTE N°444-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OA

A : LIC. ADM. FRAY GUSTAVO HUAMAN QUISPE
JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO : SOBRE BAJA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES POR LA CAUSAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS - RAEE

REFERENCIA : INFORME TÉCNICO N°014-2026-GRJ/DIRESA/IREN/OEA/OA/UCP

FECHA : Concepción, 27 de Agosto del 2026.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS IREN CENTRO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
27-08-26
RECEPCION
HORA 12:38 FOLIOS 22

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez, en atención al documento de la referencia, adjunto el INFORME TÉCNICO N°014-2026-GRJ/DIRESA/IREN/OEA/OA/UCP emitido por el responsable de la Unidad de Control Patrimonial en el cual remite la baja de bienes muebles patrimoniales por la causal de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE en el marco de lo dispuesto en el numeral 7.2 de la DIRECTIVA N°001-2020-EF/54.01; por lo que derivó a su despacho para su conocimiento y atención correspondiente.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y demás fines así mismo esta Oficina de Abastecimiento deslinda toda responsabilidad.

Atentamente.

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO

C.P.C. Carlos A. Cotera Inga
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

PROVEIDO N° 9368
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
FASE A: UGURH () OA () VE ()
OIHS () SECRET () OTROS (X)
PARA () ATENCIÓN
() CONOCIMIENTO
() REVISIÓN
() INFORME TÉCNICO
() OTROS

① DTI - publicación del presente informe con todos sus anexos en el portal institucional.

② D.G. - remitir a la DGA-MEF para su publicación y establecimiento de cronograma.

Fs.78

c.c. archivo
CACI.

N° DOC.	10953366
N° EXP.	19967821

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN - Centro
Progreso N° 1235, 1237, 1239 Sector Palo Seco Concepción - Junin
direccion@irencentro.gob.pe

Direccion_general@irencentro.gob.pe



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



INFORME TÉCNICO N° 14- 2026-GRJ/DIRESA/IREN/OEA/OA/UCP



A : **CPC. CARLOS COTERA INGA**
JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO

ATENCIÓN : **LIC. ADM. FRAY GUSTAVO HUAMÁN QUISPE.**
JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO : **BAJA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES POR LA CAUSAL DE RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS-RAEE**

REFERENCIA : (1) Informe N°333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI.
(2) Reporte N° 400-2023-GRJ/DIRESA/IREN/DAPADT/DAP/UND.
(3) Reporte N° 402-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI
(4) Reporte N° 0619-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS.
(5) Reporte N° 424-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI.
(6) Reporte N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI.
(7) Reporte N° 467-2023/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS.
(8) Reporte N° 0695-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS.
(9) Reporte N° 055-20TT26/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI.
(10) Reporte N° 115-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI.
(11) Reporte N° 336-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/DASTDT/SF.
(12) Reporte N° 398-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI.
(13) Reporte N° 631-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS.

FECHA : **CONCEPCIÓN, 26 DE AGOSTO DEL 2026.**

I. BASE LEGAL

- 1.1. El presente documento se sustenta rigurosamente en la normativa que rige la administración de los bienes del Estado Peruano: Decreto Legislativo N° 1278, aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- 1.1. Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- 1.2. Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 1.3. Decreto Supremo N° 217-2019-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 1.4. Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM "Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos".
- 1.5. Directiva N° 001-2020-EF/54 01 "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE y su modificatoria aprobada con Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01.
- 1.6. Resolución Directoral N° 0015-2021-EF/54.01 que aprueba la Directiva N° 0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la Gestión de Bienes Muebles Patrimoniales en el Marco del

PROVEIDO N° 3140
OFICINA DE ABASTECIMIENTO - IREN CENTRO

Pase a: OEA

Para: Reporte

Concepción 27 de 08 del 2026





Sistema Nacional de Abastecimiento" y su modificatoria aprobada con Resolución Directoral N° 0006-2022-EF/54.01.

- 1.7. Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 'Ley del Procedimiento Administrativo General'.

II. ANTECEDENTES

- 2.1 Mediante el Decreto Supremo N°009-2019-MINAM, publicado el 08 de noviembre de 2019, el Ministerio del Ambiente aprobó el Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, cuyo objetivo conforme a lo dispuesto en el artículo I del Título Preliminar de la Ley 28611 - Ley General del Ambiente, es la de proteger el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y el desarrollo sostenible del país.
- 2.2 El Ministerio de Economía y Finanzas, emitió la Resolución Directoral N° 0008-2021- EF/54.01 que modifica la denominación, el acápite I, los incisos 7.1, 7.2, y 7.3 del acápite VII de la Directiva N°001-2020-EF/54.01, en adelante La Directiva, denominada "Procedimientos para la Gestión de Bienes Muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE", y su anexo, cuyo objeto es regular los procedimientos para la gestión de los bienes muebles calificados como RAEE, a fin de prevenir impactos negativos en el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del manejo de bienes calificados como RAEE la cual es de alcance nacional y es de cumplimiento obligatorio por las entidades del sector público detallados en el artículo 3 del Decreto Legislativo N°1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Abastecimiento
- 2.3 Asimismo, el numeral IV de La Directiva referida en el párrafo precedente señala en sus definiciones a los bienes sobrantes calificados como RAEE: "aquellos bienes que sin estar registrados en el patrimonio de la entidad se encuentran en posesión de la misma".
- 2.4 El numeral 6.2 del acápite VI de la Directiva establece que los bienes sobrantes, calificados como RAEE por la Oficina de Control Patrimonial no requieren ser dados de alta al patrimonio de la entidad, ni contar con código patrimonial o valorización comercial para su donación.
- 2.5 En el marco de la implementación del Sistema Nacional de Abastecimiento, mediante Resolución Directoral N°0015-2021-EF/54.01 se aprobó la Directiva N° 0006-2021- EF/54.01 denominada "Directiva para la gestión de bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento" y su modificatoria.
- 2.6 La Directiva precedente, tiene por objeto regular la gestión de los bienes muebles que formen parte o sean susceptibles de incorporación al patrimonio de las entidades del sector público que se encuentran bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento.
- 2.7 Sobre la baja de los bienes muebles patrimoniales el artículo 47° de la Directiva N1' 0015- 2021- EF/54.01, define la baja como el procedimiento por el cual se cancela la anotación de un bien mueble patrimonial. Esto implica la extracción correspondiente del registro contable patrimonial y su control a través de cuentas de orden, cuando corresponda, la que se efectúa conforme a la normatividad del SNC.
- 2.8 Asimismo, el inciso 48.1 del artículo 48°, señala que las causales para la baja son: a) Daño; b) Ejecución de garantía; c) Estado de excedencia; d) Estado de chatarra; e) Falta de idoneidad del bien; f) Mantenimiento o reparación onerosa; g) Obsolescencia técnica; h) RAEE, i) Saneamiento administrativo

de bienes muebles patrimoniales faltantes; j) Sustracción; k) Transformación; l) Invalidez de semoviente.

III. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES

- 3.1. Sesenta y nueve (69) bienes muebles registrados con sus respectivos códigos patrimoniales según ANEXO N° 01; Así mismo treinta y seis (36) bienes muebles en condición de sobrantes (sin código patrimonial) según ANEXO N° 02; todos ellos para dar de baja y que forma parte del presente informe técnico.

IV. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

- 4.1. Mediante el Informe (1) REFERENCIA, del 10 de julio de 2025, el Jefe de la oficina de Tecnologías de la Información señala que se está dando de baja un lote de veintisiete (26) equipos informáticos por cumplimiento de su ciclo de vida útil.
- 4.2. Según Reporte (2) REFERENCIA. De fecha 21 de diciembre de 2023. Emitido por el Jefe de la Unidad de Nutrición y dietética en cuyo listado se observa seis (06) bienes muebles que cumple con la condición de RAEE.
- 4.3. Según Reporte (3) REFERENCIA. De fecha 03 de setiembre de 2025, el jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información emite opinión favorable respecto a la baja de un (01) bienes muebles que cumplen con la condición de RAEE.
- 4.4. Según Reporte (4) REFERENCIA. De fecha 18 de setiembre de 2025. El jefe de la oficina de Ingeniería hospitalaria y Servicios, emite opinión favorable respecto a la baja de un (01) bien mueble que cumple con la condición de RAEE.
- 4.5. Mediante Reporte (5) REFERENCIA, del 22 de setiembre de 2025, el Jefe de la oficina de Tecnologías de la Información señala que se está dando de baja un lote de catorce (14) equipos informáticos por cumplimiento de su ciclo de vida útil.
- 4.6. Mediante Reporte (6) REFERENCIA, del 10 de octubre de 2025, el Jefe de la oficina de Tecnologías de la Información señala que se está dando de baja un lote de veinte dos (22) equipos informáticos por cumplimiento de su ciclo de vida útil.
- 4.7. Según Reporte (7) REFERENCIA. De fecha 16 de agosto de 2023. El jefe de la oficina de Ingeniería hospitalaria y Servicios, emite opinión favorable respecto a la baja de un (01) bien mueble que cumple con la condición de RAEE.
- 4.8. Según Reporte (8) REFERENCIA. De fecha 10 de octubre de 2025. El jefe de la oficina de Ingeniería hospitalaria y Servicios, emite opinión favorable respecto a la baja de un (02) bienes muebles que cumple con la condición de RAEE.
- 4.9. Mediante Reporte (9) REFERENCIA, del 02 de febrero de 2026, el Jefe de la oficina de Tecnologías de la Información señala que se está dando de baja un equipo informático (03) artículos (cpu, monitor, teclado) por cumplimiento de su ciclo de vida útil. RAEE
- 4.10. Mediante Reporte (10) REFERENCIA, del 02 de marzo de 2026, el Jefe de la oficina de Tecnologías de la Información señala que se está dando de baja un lote de quince (15) equipos informáticos y periféricos por cumplimiento de su ciclo de vida útil. RAEE
- 4.11. Según Reporte (11) REFERENCIA. De fecha 20 de abril de 2026. La jefe del Servicio de Farmacia emite opinión favorable respecto a la baja de un (01) bienes muebles que cumple con la condición de RAEE.


JUNÍN
 GOBIERNO REGIONAL

“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia”



- 4.12. Mediante Reporte (12) REFERENCIA, del 16 de julio de 2026, el Jefe de la oficina de Tecnologías de la Información señala que se está dando de baja un lote de (12) doce equipos informáticos y periféricos por cumplimiento de su ciclo de vida útil.
- 4.13. Según Reporte (13) REFERENCIA. De fecha 15 de julio de 2026. El jefe de la oficina de Ingeniería hospitalaria y Servicios, emite opinión favorable respecto a la baja de un (01) bien mueble que cumple con la condición de RAEE.

La finalidad es detallar los alcances del retiro de equipos informáticos, periféricos y equipos biomédicos de gama baja y que cumplen con la naturaleza de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE. Y por su condición de inservibles deberán ser extraídos de los registros contables y patrimoniales para su baja y disposición final correspondiente.

V. OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

- 5.1. Según lo dispuesto en la Directiva N°0006-2021-EF/54.01 "Directiva para la gestión de los bienes muebles patrimoniales en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento procede autorizar la baja de un bien mueble del patrimonio de una entidad pública por la causal señalada en el artículo 48, literal h) RAEE. Que han alcanzado el fin de su vida útil por uso u obsolescencia, se encuentran inoperativos, son descartados o desechados por el usuario y adquieren la calidad de residuos, comprenden también a sus componentes, accesorios y consumibles".
- 5.2. La Directiva N°001-2020-EF/54.01 'Procedimientos para la Gestión de los bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos – "RAEE", aprobada con Resolución Directoral N°008-2020-EF-54 01 emitida por la Dirección General de Abastecimiento - MEF, y modificada con la Resolución Directoral N° 0008-2021-EF/54.01, tiene como objetivo regular los procedimientos para la gestión de los bienes muebles calificados como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE, a fin de prevenir impactos negativos en el medio ambiente y garantizar la trazabilidad del manejo de bienes calificados como RAEE siendo a favor de los Sistema de Manejo de RAEE, con el propósito de que sean procesados en el marco del Régimen Especial de Gestión y Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos aprobado por el Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM.

VI. CONCLUSIONES

- 6.1. Se propone declarar la baja por la causal de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) de 69 bienes patrimoniales, de acuerdo con el Anexo N° 01 del presente informe.
- 6.2. En el marco de lo establecido en el numeral 7.2.1 literal a) de la Directiva "Dentro de los quince (15) días hábiles, la Entidad pública en su portal institucional y la relación de bienes calificados como RAEE. Tratándose de bienes sobrantes calificados como RAEE, la entidad pública en su portal institucional el Informe Técnico que sustente tal condición y la relación de dichos bienes de acuerdo a los anexos 01 y 02.
- 6.3. Los 105 bienes en mención se encuentran custodiados en un ambiente designado en las



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



instalaciones del IREN CENTRO hasta su disposición final.

VII. RECOMENDACIONES

- 7.1. En el marco de lo dispuesto en el numeral 7.2 de la Directiva N°001-2020-EF/54.01, publicar, el presente Informe Técnico y sus anexos en el portal institucional y remitirla a la Dirección General de Administración - DGA del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, en medio físico o virtual para su publicación y establecimiento del cronograma para la presentación de las solicitudes de donación por parte de los Sistemas de Manejo de RAEE.

VIII. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

- Anexo 01: Relación de 69 bienes muebles con código patrimonial calificados como RAEE.
- Anexo 02: Relación de 36 bienes muebles sin código patrimonial sobrantes calificados como RAEE.
- Documentos de referencia (informes y reportes del 01 al 13).

Es todo cuanto tengo que informar a usted para los fines pertinentes, quedando a su disposición para cualquier aclaración técnica adicional.

Atentamente,


DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
C.P.C. David M. Fuentes Flores
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

Folio: 77
DMFF/UCP

DOC:	10949041
EXP:	19967821

**ANEXO N° 01_ BIENES MUEBLES CON CÓDIGO -
RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS-RAEE**

ITEM	CODIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCION	MARCA	SERIE	ESTADO	CONDICION DE BAJA	MODALIDAD DE INGRESO	DEL UPSS	DOCUMENTO DE REFERENCIA	VALOR INICIAL	AÑO DE LA LISTA
1	742251340001	MAQUINA REGISTRADORA	CASIO	5202401	REGULAR	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 1,575.00	2026
2	742251340002	MAQUINA REGISTRADORA	CASIO	5202422	REGULAR	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 1,575.00	2026
3	742251340005	MAQUINA REGISTRADORA	CASIO	5202831	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	PATRIMONIO	REPORTE N° 402 - 2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 1,575.00	2026
4	602206340013	BALANZA ANALITICA	BOECO	55219217	REGULAR	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	INGENIERIA HOSPITALARIA	REPORTE N° 0895-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 5,535.00	2025
5	532298550001	VENTILADOR VOLUMETRICO	NORTHERN ME	V6-0604071	REGULAR	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	INGENIERIA HOSPITALARIA	REPORTE N° 0895-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 90,517.59	2025
6	602293840016	TERMOCROMOMETRO	EUROLAB	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	FARMACIA	REPORTE N° 336-2025-GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 121.70	
7	602246040008	GLUCOMETRO	ACCUCHECK	59310496328	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	INGENIERIA HOSPITALARIA	REPORTE N° 631-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 675.00	2026
8	675001050001	AMOLADORA	BOSCH	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	INGENIERIA HOSPITALARIA	REPORTE N° 467-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 700.00	2025
9	602207850001	BALANZA ELECTRONICA DIGITAL DE 20 kg	HENKEL	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	NUTRUCION	REPORTE N° 400-2023-GR/DIRESA/IREN/DAPAD/D	S/ 600.00	2026
10	112204460008	CALEFACTOR	IMACO	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 3,900.00	2026
11	112204460011	CALEFACTOR	IMACO	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 3,900.00	2026
12	112204460012	CALEFACTOR	IMACO	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 3,900.00	2026
13	112204460013	CALEFACTOR	IMACO	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 3,900.00	2026
14	112204460014	CALEFACTOR	IMACO	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 3,900.00	2026
15	742227260009	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	HP	MXDCL941DQ	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 115-2026/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 6,321.00	2026
16	742227260015	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	HP	MXDCL941F9	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 115-2026/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 6,321.00	2026
17	322250610008	HORNO MICROONDAS	SAMSUNG	OA3J7W0DK700617A	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	PATRIMONIO	REPORTE N° 0619-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 2,200.00	2026
18	740840430005	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	EPSON	TC6Y514640	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 325.02	2026
19	740840430009	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	EPSON	TC6Y525083	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 325.02	2026
20	740840430002	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	EPSON	TC6Y514676	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 424-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 860.00	2026
21	740841000043	IMPRESORA LASER	HP	BRSL8V34G	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 3,153.15	2026
22	740841000057	IMPRESORA LASER	HP	BRSL8V363	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 3,153.15	2026
23	740841000003	IMPRESORA LASER	KONICA MINOLTA	ACN2041003749	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 398-2026-GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 8,395.00	2026
24	740841000038	IMPRESORA LASER	HP	BRSL8V31T	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 398-2026-GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 3,153.15	2026
25	740841000028	IMPRESORA LASER	HP	BRSL8V315	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 424-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 3,153.15	2026
26	740841000041	IMPRESORA LASER	HP	BRSL8V33K	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 424-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 3,153.15	2026
27	740841000055	IMPRESORA LASER	HP	BRSL8V360	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 424-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 3,153.15	2026
28	740845500003	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	X3YF045902	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 2,126.84	2026
29	740845500004	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	X3YF050765	REGULAR	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 2,126.84	2026
30	740845500005	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	X3YF045913	REGULAR	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 2,126.84	2026
31	740845500006	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	X3YF045898	REGULAR	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GR/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/ 2,126.84	2026



32	740845500007	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	X3YF045900	REGULAR	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	2,635.00	2026
33	322264140004	LIQUADORA ELECTRICA DOMESTICA DE 7 VELOCIDADES	OSTER	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	NUTRUCION	REPORTE N° 400-2023-GRJ/DIRESA/IREN-DAPADTD/	S/	300.00	2026
34	322264140006	LIQUADORA ELECTRICA DOMESTICA DE 7 VELOCIDADES	OSTER	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	NUTRUCION	REPORTE N° 400-2023-GRJ/DIRESA/IREN-DAPADTD/	S/	300.00	2026
35	322264140008	LIQUADORA ELECTRICA DOMESTICA DE 7 VELOCIDADES	OSTER	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	NUTRUCION	REPORTE N° 400-2023-GRJ/DIRESA/IREN-DAPADTD/	S/	300.00	2026
36	740877000056	MONITOR A COLOR	HP	6CM8221PW2	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 115-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	1,125.00	2026
37	740877000126	MONITOR A COLOR	HP	6CM82301Y7	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 398-2026-GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	1,125.00	2026
38	740877000211	MONITOR A COLOR	HP	6CM82503GN	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 398-2026-GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	1,125.00	2026
39	740877000031	MONITOR A COLOR	HP	6CM82503CJ	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	1,125.00	2026
40	740877000044	MONITOR A COLOR	HP	3CQ6480B9D	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	1,125.00	2026
41	740878680021	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HP	8CG8423TCQ	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 115-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	3,825.00	2026
42	740878680051	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HP	8CG8423TBT	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	3,825.00	2026
43	952278340003	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	VIEWSONIC	U6Y180401944	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	4,700.00	2026
44	740895000008	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	LOGITECH	2212SC335FJ8	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	50.00	2026
45	7408950000282	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALA660LO	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	INGENIERIA HOSPITALARIA	REPORTE N° 055-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
46	7408950000047	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA09TP	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 115-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
47	7408950000085	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0AWYBA049	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 115-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
48	7408950000128	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA09X3	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 115-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
49	7408950000253	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0BLAB71CR	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 115-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
50	7408950000307	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALA61129	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 115-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
51	7408950000160	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALA660LF	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
52	7408950000222	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA09VU	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
53	7408950000233	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA09PX	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
54	7408950000049	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA09JF	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 424-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
55	7408950000059	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA09K0	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 424-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
56	7408950000075	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA09RE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 424-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
57	7408950000258	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA09ZN	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
58	7408950000127	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA09OC	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
59	7408950000243	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALA660MX	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	675.00	2026
60	7408950000002	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	LOGITECH	2153MR0DE628	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	34.80	2026
61	952285660008	TELEVISOR LED	BGH	111JR00465	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	2,242.49	2026
62	7408950000179	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CC84108L1	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	2,700.00	2026
63	7408950000182	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CC84108FT	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	2,700.00	2026
64	7408950000253	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CC84108JQ	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRONICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/C	S/	2,700.00	2026



40

65	740899500140	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CC84108ND	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 424-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	S/	2,700.00	2026
66	740899500153	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CC84108P0	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 424-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	S/	2,700.00	2026
67	740899500202	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CC84108NT	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 424-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	S/	2,700.00	2026
68	740899500255	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CC84108MW	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	S/	2,700.00	2026
69	740899500256	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CC84108NJ	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SIGA	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	S/	2,700.00	2026

ANEXOS N° 02 BIENES MUEBLES SIN CÓDIGO - RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRÓNICOS-RAEE

ITEM	CODIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCION	MARCA	OBSERVACIONES	CONDICION DE BAJA	COMPONENTES	ORDEN DE DOCUMENTO	VALOR INICIAL	VALOR NETO	AÑO DE LA LISTA
1	SIN CODIGO	ANEXO TELEFONICO IP	CISCO	FCH213DPBK	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
2	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	TEROS	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
3	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	ADVANCE	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
4	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJLOAL610Y7	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
5	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJLOALAA0908	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
6	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJLOAWYB50VH	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
7	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJLOALAA09PB	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
8	SIN CODIGO	MONITOR A INTEGRADO	ADVANCE	GD160252040063	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 333-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
9	SIN CODIGO	EXPRIMIDOR ELECTRICO	IMACO	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	NUTRUCION	REPORTE N° 400-2023-GRJ/DIRESA/IREN/DAP/UND	
10	SIN CODIGO	HERVIDOR ELECTRICO	ICHIMATSU	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	NUTRUCION	REPORTE N° 400-2023-GRJ/DIRESA/IREN/DAP/UND	
11	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	VASTEC	VA0023K0950	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 424-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
12	SIN CODIGO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CG715H3P	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 424-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
13	SIN CODIGO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CG715H3Q	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 424-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
14	SIN CODIGO	ANEXO TELEFONICO IP	CISCO	WZP21502DK	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
15	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	HP	BEXJLOAL6110D	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
16	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	DELL	-08VMN0-PRC00-8A5-002W-	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
17	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	ADVANCE	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
18	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	HP	BEXJLOALAA09U4	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026
19	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	ADVANCE	SIN SERIE	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 452-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI	2026

20	SIN CODIGO	MONITOR DE COLOR	HP	3CQ480B7K	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	INGENIERIA HOSPITALARIA	REPORTE N° 055-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
21	SIN CODIGO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CG715H6J	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	INGENIERIA HOSPITALARIA	REPORTE N° 055-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
22	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA09Q1	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 115-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
23	SIN CODIGO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO Y MONITOR INTEGRADO	ADVANCE	PE160259360022	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 115-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
24	SIN CODIGO	MONITOR A COLOR	HP	3CQ480B8Y	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 115-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
25	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0AWYB5147	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 115-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
26	SIN CODIGO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	8CG715H4X	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 115-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
27	SIN CODIGO	RELOJ ANALITICO DE PARED 1 CARA	MOBATIME	2025908 0132	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 115-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
28	SIN CODIGO	MONITOR A COLOR	HP	3CQ480B8B	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 398-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
29	SIN CODIGO	COMPUTADORA PERSONAL - LAPTOP	HP	2CEB38GXY	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 398-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
30	SIN CODIGO	MONITOR INTEGRAL	ADVANCE	PE170256270003	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 398-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
31	SIN CODIGO	MONITOR A COLOR	HP	6CM2501N9	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 398-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
32	SIN CODIGO	MONITOR A COLOR	HP	3CQ480B79	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 398-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
33	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA600MV	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 398-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
34	SIN CODIGO	ANEXO TELEFONICO DIGITAL	CISCO	FCH2713DCX3	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 398-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
35	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	BEXJL0ALAA09WL	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 398-2026-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2026
36	SIN CODIGO	LECTORA DE DVD	LG	010HRUE48404	MALO	RESIDUOS DE APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	SOBRANTE	OTI	REPORTE N° 333-2025-GR/JDIRESAIREN-CENTRO/OTI	2025



**REPORTE N° 333 -2025 /GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI**

A : LIC. ADM. FRAY GUSTAVO HUAMAN QUISPE
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración

ATENCION : UNIDAD DE PATRIMONIO

DE : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

ASUNTO : SOLICITO DAR DE BAJA BIENES INFORMÁTICOS

FECHA : Concepción, 10 de julio del 2025

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez procederá remitir en cuanto al documento de referencia; el responsable de la Unidad de Soporte Técnico (Cristian Taipei Canto), solicita dar de baja de bienes informáticos Según; **INFORME N°024-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CTC.**

Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y/o para los fines pertinentes. Sin otro particular, me despido reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
Ing. John Fritz Orellana Sotelo
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

F.s.3
c.c. archivo
JFOS/kyc

DOC:	09349317
EXP:	06377955

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
11/07/2025
RECEPCION
HORA: 11:31... 03
DATA:...

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
10 JUL 2025
HORA: 15:50...
FOLIOS: 02
FIRMA:...

Patrimonio
PROVEIDO N° 1302
PAOLA GUERRA (JGAL) (FOLIO 1)
OIH (SECRET) (FOLIO 1)
PARA ATENCION
CONTABILIDAD
REVISIÓN
INFORME TÉCNICO
OTROS
Tramite
CONCEPCIÓN 10.07.25

INFORME N°024-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CTC

A. : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASUNTO : SOLICITUD DE BAJA DE BIENES INFORMÁTICOS
ATENCIÓN : CPC. DAVID FUENTES FLORES
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

FECHA : CONCEPCIÓN, 10 DE JULIO DEL 2025.

INOPERATIVO
INSTITUTO REGIONAL DE SALUD JUNIN
NEOPLÁSICAS - CENTRO
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
10 JUL. 2025
RECIBIDO
HORA: 11:49 FOLIO: 02
FIRMA:

Por medio del presente es grato dirigirme a Usted con la finalidad de hacerle llegar un saludo cordial.

1. ANTECEDENTES:

El área de Unidad de Soporte Técnico ha identificado una serie de bienes informáticos que presentan condiciones que impiden su adecuado funcionamiento. Estos equipos, tras haber cumplido su ciclo de vida útil, presentan fallas técnicas y desgaste físico, lo que justifica su retiro del área y posterior baja patrimonial.

2. OBJETIVO

Solicitar formalmente la baja de los bienes detallados en el presente informe, con la finalidad de mantener actualizado el inventario institucional y liberar espacio físico en el área.

3. DETALLE DE BIENES A DAR DE BAJA

N°	Bien	Marca	Modelo	Serie
1	Teclado ✓	TEROS	TE-D8700	SIN SERIE ✓
2	Teclado ✓	LOGITECH	SIN MODELO	2212SC335FJ8 ✓
3	Teclado ✓	HP	KBAR211	BEXJLOALA610Y7 ✓
4	Teclado ✓	HP	KBAR211	BEXJLOALAAO9VU ✓
5	Teclado ✓	HP	KBAR211	BEXJLOALAAO9Q8 ✓
6	Teclado ✓	HP	KBAR211	BEXJLOALA66OLF ✓
7	Teclado ✓	HP	KBAR211	BEXJLOAWYB50VH ✓

N°	Bien	Marca	Modelo	Serie
8	Teclado ✓	HP	KBAR211	BEXJLOALAAO9PB
9	Teclado ✓	LOGITECH	SIN MODELO	213MR0DE628 2153MR0DE628
10	Teclado ✓	HP	KBAR211	BEXJLOALAAO9PX
11	Teclado ✓	ADVANCE	GT-KB08CM	SIN SERIE
12	Mouse ✓	HP	MODGUO	FCYRVOAHD6681N
13	Mouse ✓	WASHABLE	SEALSHIELD TM	0416533566
14	Mouse ✓	HP	SIN MODELO	FCMHHOCJPB9DOU
15	Mouse ✓	HP	SIN MODELO	FCMHHOCJPB9D01
16	Mouse ✓	HP	SIN MODELO	FCMHHOCJPB9DRK
17	Mouse ✓	HP	SIN MODELO	FCMHHOCJPB9DSB
18	PC ✓	HP	ALL IN ONE	8CG8423TBT
19	PC ✓	ADVANCE	ALL IN ONE	GD160252040063
20	Teléfono IP ✓	CISCO	CP-8841	FCH2213DPBK
21	Calefactor ✓	IMACO	OFR9AO	SIN SERIE
22	Impresora ✓	HP	LaserJet Pro M402dne	BRBSL8V363
23	Impresora ✓	HP	LaserJet Pro M402dne	BRBSL8V34G
24	Impresora ✓	EPSON	PB31A	X3YF045902
25	Proyector ✓	VIEWSONIC	SIN MODELO	U6V180401944
26	Televisor ✓	BGH	B5019UK6IP	111JR90465
✓27	Lectora de DVD	LG	GP65NB60	010HRJE048404

Se Adjunta
la lista.

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Los bienes mencionados presentan la siguiente condición:

- Equipos sin funcionamiento: Los dispositivos ya no encienden, presentan fallas irreversibles y han cumplido su ciclo de vida útil.

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Con base en la evaluación técnica realizada, se concluye que los bienes listados no son aptos para su reutilización dentro de la institución. Por tanto, se recomienda la baja de los mismos.

Agradeciendo su atención al presente, es todo cuanto informo a su despacho para fines que estime convenientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas
Cristian Taipe Canto
OTI - UST

RESPONSABLE DE SOPORTE INFORMÁTICO

Fs. 08
c.c. archivo
CTC

DOC:	09347388
EXP:	06377955



FL. DE ASIGNACIÓN EN USO Y DEVOLUCIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

N° 009 - 2025



ENTIDAD U ORGANIZACIÓN:

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO

DATOS DEL USUARIO:

Nombres y apellidos:	CRISTIAN OSWALDO TAPE CANTO	N° DNI:	45986423
Cargo:	JEFE DE SOPORTE INFORMÁTICO		
Unidad Organizativa:	ADMINISTRACION		
Modalidad (1):	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS		

DATOS DEL AMBIENTE:

Nombre:	SERVIDORES
Código:	A1-208

FECHA: 17/07/2025

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	DESCRIPCIÓN (2)		ESTADO (3)	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
							SERIE/DIMENSIÓN				
1	1	740841000043	ANEXO TELEFONICO IP	CISCO	CP-8841	NEGRO	FCH2213DPEK		MALO	A1-207	
2	1	740841000043	CALEFACTOR	IMACO	OF9 AO	BLANCO HUMO	SIN SERIE		MALO	A1-207	
3	1	740840430005	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	EPSON	M267D	GRIS OSCURO	TC6Y514640		MALO	A1-208	
4	1	740840430008	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	EPSON	M267D	GRIS OSCURO	TC6Y525083		MALO	A1-208	
5	1	740841000043	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET PRO M402DNE	BLANCO HUMO	BRBSL8V34G		MALO	A1-208	
6	1	740841000057	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET PRO M402DNE	BLANCO HUMO	BRBSL8V363		MALO	A1-208	
7	1	740845500003	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890II	NEGRO	X3YF045902		MALO	A1-208	
8	1	740845500003	MONITOR A INTEGRADO	ADVANCE	ADV-A182	NEGRO	GD160252040063		MALO	A1-207	LLAMADA DE ENFERMERAS.
9	1	740845500003	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	ADVANCE	GT-KB08CM	NEGRO	SIN SERIE		MALO	A1-207	LLAMADA DE ENFERMERAS SIN MOUSE
10	1	740878800051	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HP	ONE PRO 600 G4	NEGRO	8CG842318T		MALO	A1-207	
11	1	952278340003	SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA - PROYECTOR MULTIMEDIA	VIEWSONIC	350XGADLP	NEGRO	UBV180401944		MALO	A1-208	
12	1	740845500003	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB	TEROS	TE-D8700	NEGRO	SIN SERIE		MALO	A1-207	
13	1	740895000008	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONEXION USB	LOGITECH	YU0036	NEGRO	2212SC335F18		MALO	A1-207	
14	1	740895000008	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONEXION USB	LOGITECH	K120	NEGRO	2153MR00E628		MALO	A1-207	
15	1	740895000160	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXILOALAE60LF		MALO	A1-207	MOUSE: FCYRVOAH-D6681N
16	1	740895000222	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXILOALAE60LV		MALO	A1-207	MOUSE: FCYRVOAH-D6681N
17	1	740895000233	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXILOALAE60LV		MALO	A1-207	MOUSE: FCMHHOCJP8900U
18	1	740895000233	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXILOALAE60LV		MALO	A1-207	MOUSE: FCMHHOCJP8900U
19	1	740895000233	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXILOALAE60LV		MALO	A1-207	MOUSE: FCMHHOCJP8900U
20	1	740895000233	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXILOALAE60LV		MALO	A1-207	MOUSE: FCMHHOCJP8900U
21	1	740895000233	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXILOALAE60LV		MALO	A1-207	MOUSE: FCMHHOCJP8900U
22	1	952285560008	TELEVISOR LED	BGH	B5019UK6P	NEGRO	111UR90465		MALO	A1-210	SIN MOUSE
23	1	740895000179	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODESK 400 G4	NEGRO	8CC84108L1		MALO	A1-208	
24	1	740895000182	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODESK 400 G4	NEGRO	8CC84108FT		MALO	A1-208	
25	1	740895000253	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODESK 400 G4	NEGRO	8CC84108JQ		MALO	A1-208	

NOTA: EL LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDE PARA EL TRAMITE DE BAJA. REPORTE N° 333-2025/DIRESAIREN-CENTRO/OTI



- (1) La modalidad de contratación es consignada en base a la siguiente escala: Funcionario, Deslizado, Nombrado, Contratado.
- (2) En caso de vehículos, se utiliza adicionalmente el Formulario de Ficha Técnica de Vehículo, contemplado en el Anexo N° 8. En caso de suministros, utilizar escala de acuerdo a su naturaleza.
- (3) El estado es consignado en base a la siguiente escala: nuevo, bueno, regular, malo. En caso de suministros, utilizar escala de acuerdo a su naturaleza.

CONSIDERACIONES:

- El usuario es responsable de la permanencia y conservación de cada uno de los bienes descritos, recomendándose tomar las precauciones del caso para evitar sustracciones, deterioros, etc.
- Cualquier necesidad de traslado de bien mueble patrimonial dentro o fuera de la Entidad u Organización es previamente comunicada al encargado de la Unidad de Control Patrimonial.

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
IREN CENTRO
Cristian Taipei Canto
07/07/25
2:53

REPORTE N° 400 -2023-GRJ/DIRESA/IREN/DAPADT/DAP/UND

A : **DR WILLIAM JHONNY GONZALO ROJAS**
Dirección General de Atención al Paciente, Apoyo al
Diagnóstico y Tratamiento - IREN CENTRO

ATENCIÓN : **LIC ADM. FRAY GUSTAVO HUAMAN QUISPE**
JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Jefe (e) de la Unidad de control Patrimonial




ASUNTO : **BAJA DE BIENES EQUIPOS Y BIENES FUNGIBLES**

FECHA : **Concepción, 21 de diciembre de 2023**

Por medio del presente es grato dirigirme a Usted con la finalidad de hacerle llegar un saludo cordial y a la vez; informar que se generó un acta de baja de bienes fungibles de la Unidad de Nutrición y Dietética, bienes dañados u obsoletos.

Hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal, por lo que le informo a usted para su conocimiento y atención al presente.

Atentamente.



[Handwritten signature]

7460
Para: *[Handwritten: Subgerente]*
Exclusión
fora responsable en
marco de la normativa
Concepción, 22 de 12



PROVEIDO N° 5101

OFICINA DE LOGISTICA - IREN CENTRO
Pase a: *[Handwritten: Patrimonio]*
Para: *[Handwritten: Su atención]*
[Handwritten: a cargo del cliente]

Fs.07


C.c Archivo

NNAA/nnaa Concepción, 22 de 12 de 23

DOC.	07384231
EXP.	05073716



OFICINA DE DAPADT IREN CENTRO
Pase a: *[Handwritten: Administración]*
Para: *[Handwritten: Atención]*



Hyo, 22 de 12 2023

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN - Centro
Progreso N° 1235, 1237, 1239 Sector Palo Seco Concepción - Junín
direccion@irencentro.gob.pe

INVENTARIO DE BIENES PARA DAR DE BAJA

CON FECHA DE DICIEMBRE 2023

CODIGO	DESCRIPCION	UdM	ALMACEN	INVENTARIO
1	Dulceras de loza	unid	Almacén 1	104
2	Tazones medianos loza	unid	Almacén 1	24
3	Platos ensalada	unid	Almacén 1	22
4	Sartén	unid	Almacén 1	4
5	Cuchilla de licuadora	unid	Almacén 1	6
6	Colador de plástico	unid	Almacén 1	1
7	Repuesto de licuadora	unid	Almacén 1	1
8	cucharones	unid	Almacén 1	9
9	Táper con tapa de vidrio	unid	Almacén 1	9
10	Plato rectangular de loza	unid	Almacén 1	9
11	Tapas de jarras de 2 lt	unid	Almacén 1	1
12	Tazas de loza	unid	Almacén 1	42
13	Vasos de vidrio	unid	Almacén 1	48
14	Platos de loza	unid	Almacén 1	16
15	Vasos de plástico	unid	Almacén 1	2
16	Tablas de picar	unid	Almacén 1	13
17	Tapas de jarra de plástico de 1 lt	unid	Almacén 1	20
18	Jarras de plástico de 4 lt	unid	Almacén 1	5
19	Tapas de jarra de 4 lt	unid	Almacén 1	8
20	Jarras de plástico de 1 lt	unid	Almacén 1	5
21	Exprimir de cítricos eléctrico	unid	Almacén 1	1
22	Motores de licuadora	unid	Almacén 1	3
23	Tapas de licuadora	unid	Almacén 1	
24	Tapas descartables	bolsa	Almacén 1	16
25	Tapa baja de licuadora	unid	Almacén 1	
26	Jarra de loza	unid	Almacén 1	3
27	Frascos de vidrio	unid	Almacén 1	34
28	Vaso de precipitación	unid	Almacén 2	5
29	Plumón rojo	unid	Almacén 1	1
30	Olla a presión	unid	Almacén 1	2
31	Tapas de olla a presión	unid	Almacén 1	5
32	Coladores de acero	unid	Almacén 1	8
33	Cuchillos	unid	Almacén 1	2
34	Mangos de olla	unid	Almacén 1	6
35	Tapas de olla	unid	Almacén 1	2



6. BAJA 2026 AGOSTO

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



62

36	Tinas de plástico hondo transparente	unid	Almacén 1	11
37	Tapas de tinas de plástico transparentes	unid	Almacén 1	24
37	Bandeja de aluminio plana	unid	Almacén 1	
38	Soperas	unid	Almacén 1	55
39	charolas	unid	Almacén 1	1
40	Balón de gas	unid	Almacén 1	1
41	Vasos de licuadora	unid	Almacén 1	4
42	Balanza electrónica	unid	Almacén 1	1
43	Tapa de tacho de basura	unid	Almacén 1	1
44	escobas	unid	Almacén 1	4
45	licuadoras	unid	Almacén 1	3
46	Taperes de vidrio	unid	Almacén 1	40
47	Jalador de agua	unid	Almacén 1	2

NOTA

62



7. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



REPORTE N°402-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI


A : LIC. ADM. FRAY GUSTAVO HUAMAN QUISPE
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración

ATENCION : UNIDAD DE PATRIMONIO

DE : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

ASUNTO : OPINION TECNICA SOBRE EQUIPOS PARA BAJA

FECHA : Concepción, 03 de setiembre del 2025



Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez procederá remitir en cuanto al documento de referencia; el responsable de la Unidad de Soporte Técnico (Cristian Taípe Canto), da respuesta sobre equipos de baja Según; **REPORTE N°063-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CTC**

Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y/o para los fines pertinentes. Sin otro particular, me despido reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal.


Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
CENTRO
Ing. John Fritz Orellana Sotelo
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



F.s.7
c.c. archivo
JFOS/kyc

DOC:	09549866
EXP:	06487849



REPORTE N°063-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CTC

A : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ATENCIÓN : CPC. DAVID FUENTES FLORES
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ASUNTO : OPINIÓN TÉCNICA SOBRE EQUIPOS PARA BAJA

FECHA : CONCEPCIÓN, 03 DE SETIEMBRE DEL 2025

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informar que, por medio de la referencia REPORTE 000145-2025-GRJ/DIRESA/IREN/OEA/OL/UP.

Se informa que, en atención a su solicitud y conforme a las indicaciones del personal encargado, se ha verificado que el monitor HP con número de serie 6CM82301HG se encuentra operativo y funcionando de manera normal. En cuanto a la máquina registradora CASIO con número de serie 5202831, se precisa que no está considerada como equipo informático; sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el REPORTE N° 0122-2025-GRJ-DIRESA-IREN-CENTRO-OEA-OEF-CAJA se encuentra inoperativa, fuera de servicio y con desfase tecnológico, por lo que corresponde su baja definitiva. Finalmente, se procede a la entrega de los equipos al Área de Patrimonio, a fin de que disponga la designación correspondiente según lo estime conveniente.

Agradeciendo su atención al presente, es todo cuanto informo a su despacho para fines que estime convenientes.


Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas
Gristian Talpe Canto
OTI - UST

RESPONSABLE DE SOPORTE INFORMÁTICO

Fs. 06
c.c. archivo
CTC

DOC:	09548201
EXP:	06487849



Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Centro
Progreso N° 1235, 1237, 1239 Sector Palo Seco Concepción - Junín
direccion@irencentro.gob.pe



REPORTE N° 145 - 2025-GRJ/DIRESA/IREN/OEA/OA/UP

A : LIC.ADM.GUSTAVO HUAMAN QUISPE
JEFE OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

A : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

ATENCION : CRISTIAN TAPE CANTO
JEFE DE LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO

ASUNTO : OPINION TECNICA SOBRE EQUIPOS PARA BAJA.

FECHA : CONCEPCIÓN 28 DE AGOSTO DEL 2025

REFERENCIA : REPORTE N° 0213-2025-GRJ-DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OE

DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - CENTRO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

28 AGO 2025

14:58
FOLIOS: 05

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - CENTRO
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

29 AGO. 2025

RECIBIDO

HORA: 5:00 FOLIO: 05

FIRMA: [Firma]

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, La Unidad de Control Patrimonial, en el marco de sus funciones de supervisión y control de los bienes patrimoniales de la Institución del cual se viene evaluando la situación actual de diversos equipos informáticos registrados en el inventario institucional, con el objetivo de determinar su estado operativo y la pertinencia de su permanencia o baja patrimonial. En tal sentido, se solicita a su área tenga a bien realizar la verificación técnica de los siguientes equipos informáticos:

CODIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE
742251340005	MAQUINA REGISTRADORA	CASIO	TK-3200	BLANCO HUMO	5202831
740877000116	MONITOR A COLOR	HP	V203P	NEGRO	6CM82301HG

Con base en dicha verificación, se requiere se emita una opinión técnica detallada sobre el estado de conservación, funcionalidad, vida útil remanente y recomendación de uso o baja definitiva de los mismos. Cabe mencionar que los siguientes equipos fueron devueltos por inoperatividad del área usuaria a la Unidad de Control Patrimonial. La información que se proporcione será fundamental para el análisis y sustento de las acciones administrativas correspondientes dentro del marco normativo vigente.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención prestada a la presente, quedando a la espera de su informe técnico.

Atentamente,

Fs. 05

c.c. archivo
DMFF/UCP

DOC:	09526520
EXP:	06487849

DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

C.P.C. David M. Fuentes Flores
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN - Centro
Progreso N° 1235, 1237, 1239 Sector Palo Seco Concepción - Junín
direccion@irencentro.gob.pe

OTI

PROVEIDO N° 9064
CENTRO OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
GENERAL: OGD RH () OGA () UE ()
OHS () SECRET () OTROS ()
PARA ATENCIÓN:
☒ CONCLUIDO
☐ REVISIÓN
☐ INFORME TÉCNICO
☐ OTROS

Opinión técnica
08/09/78



DATOS DEL ACTIVO FIJO

UNIDAD EJECUTORA : 414 GOB. REG. DE JUNIN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001735

Responsable : FUENTES FLORES DAVID MARCIAL
Sede : INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DEL
Usuario : FUENTES FLORES DAVID MARCIAL
Centro de Costo : AREA DE PATRIMONIO
Fecha Asignación : 13/06/2025
Ubicación : B5-238

Identificación del Bien	
Código Patrimonial	: 742251340005
Código Barra / Inv. Anterior	:
Descripción	: MAQUINA REGISTRADORA
Cuenta Contable	: 1503020101
Estado del Bien	: Regular
País de Procedencia	: PERU
Características	: ES DE COLOR BLANCO HUMO

Ingreso del Bien		Fecha
NEA - TRANSF. EXTERNA (Reposición de Bienes)	2	07/03/2024
Nro PECOSA	000081	20/03/2024

Valor de NEA	S/.	1,575.00
Valor en Libros	S/.	1,575.00
Valor Tasado	S/.	
Depreciación Acumulada	S/.	1,141.88
Valor Neto	S/.	433.12

Especificaciones Técnicas	
Marca	: CASIO
Nro Serie	: 5202831
Modelo	: TK-3200
Medidas	: 0.40X0.45X0.29 M.
Color	: BLANCO HUMO
Vida Util	: 5 AÑOS
Otras Especificaciones	: ES DE COLOR BLANCO HUMO

Baja del Bien	
Nº de Resolución	:
Fecha Resolución	:
Fecha de Baja	:
Causal de Baja	:

Proveedor	:
País	:

Observaciones
CUSTODIA DE LUIS CRUZ B3-110 FARMACIA 1ER PISO(CAJA) NO MOVER





10 Teniendo 13/06/2025.
7. BAA. 2026. AGO 110
"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



REPORTE N° 0213 - 2025-GRJ/DIRESA/IREN CENTRO/OEA/OE

A : LIC. ADM. FRAY GUSTAVO HUAMAN QUISPE
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

ASUNTO : SOLICITUD DE RECOJO DE BIENES EN CONDICIÓN DE DESUSO –
UNIDAD DE CAJA

REFERENCIA : REPORTE N° 0122 - 2025-GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OEF/CAJA

FECHA : Concepción, 11 de junio del 2025


Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y en mérito al documento en referencia, informo que en la Unidad de Caja se encuentran bienes en condición de desuso que requieren ser retirados, conforme al siguiente detalle:

- Una (01) máquina registradora ✓
- Un (01) monitor

En tal sentido, se solicita se sirva disponer el traslado del presente documento a la unidad competente, a fin de que se realicen las acciones correspondientes para el recojo y traslado de los bienes señalados, en cumplimiento de los procedimientos establecidos para la gestión de bienes muebles en desuso.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y atención.

Atentamente,



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
DEL CENTRO IREN CENTRO
CPC. César P. Rujalico Mendoza
JEFE DE ECONOMÍA Y FINANZAS
MAT. 082478



U. Patrimonio
PROVEIDO N° 5936
SE A: OGDH () OA () OE ()
DIHS () SECRET () OTROS ()
PARA: ☒ ATENCIÓN
☐ CONFORME
☐ REVISIÓN
☐ INFORME TÉCNICO
☐ OTROS
Tramite
11/06/25

Fs. 002
c.c. archivo
CPBM/abar

DOC:	09234720
EXP:	06297586

REPORTES N° 0122 - 2025 - GRJ-DIRESA-IREN-CENTRO-OEA-OEF-CAJA

A : CPC. CESAR PAUL BUJAICO MENDOZA
Jefe (e) Oficina de Economía y Finanzas

ASUNTO : SOLICITUD DE RECOJO DE BIENES INOPERATIVOS Y EN DESUSO

ATENCIÓN : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

FECHA : Concepción, 09 de junio del 2025

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO
UNIDAD DE ECONOMÍA

09 JUN 2025

Y EN DESUSO

RECEPCION

Hora: 15:45 Folio: 01

Firma: [Signature]

Por medio del presente, me dirijo a usted para solicitar el recojo de los siguientes bienes que se encuentran en nuestra área y que ya no están en condiciones de uso o han quedado obsoletos debido a la actualización de equipos recientemente asignada:

- ✓ 1. Máquina registradora: Actualmente inoperativa y fuera de servicio.
2. Monitor: Ya no se encuentra en uso, dado que ha sido reemplazado por equipos actualizados.

Ambos bienes se encuentran debidamente almacenados y listos para ser entregados al personal autorizado del Área de Patrimonio para su correspondiente registro, evaluación y destino final conforme a los procedimientos institucionales.

Agradezco de antemano su atención a esta solicitud y quedo a disposición para coordinar el día y hora del recojo.

Atentamente,

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO
UNIDAD DE ECONOMÍA

PASE A: Asist. Adm.

PARA: General Reporte

10 de 06 del 2025

N° DOC	09222401
N° EXP	06297586


Luis Plummer De La Cruz Lora
JEFE DEL AREA DE CAJA





8. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



REPORTE N°0619-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS


A : Lic. Adm. Fray Gustavo Huamán Quispe
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración

ATENCIÓN : Unidad de Control Patrimonial

ASUNTO : SOBRE ESTADO DE HORNO MICROONDAS

REFERENCIA : REPORTE N°093-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS/UIE


FECHA : Concepción, 18 de setiembre de 2025



Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente a nombre de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios, y en atención al REPORTE N°0156-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OA/UP. Se remite el REPORTE N°093-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS/UIE, elaborado por la Unidad de Ingeniería Electromecánica, a través del cual informa sobre el estado del horno microondas.

Es cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente



Ing. Josmel Padillas Santos
JEFE (e) DE OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS



f.s.04

JJPS/lpc

C.C. Archivo

DOC.	09609552
EXP.	06530219

REPORTE N° 093-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS/UIE


A : ING. JOSMELL JAVIER PALACIOS SANTOS
Jefe de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios

ATENCION : OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE PATRIMONIO

ASUNTO : SOBRE ESTADO DE MICROONDAS

REFERENCIA : REPORTE N° 0156-2025-GRJ/DIRESA/IREN/OEA/OA/UP

FECHA : Concepción, 16 de setiembre de 2025



Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de Ingeniería Electromecánica, y a la vez, poner de su conocimiento que luego de revisar el microondas en mal estado se determinó que la falla se debe a los siguientes componentes dañados:

- Magnetron
- Tarjeta de control

Posiblemente por mal uso del artefacto, recipientes no aptos para horno microondas, presencia de papel aluminio, cubiertos metálicos o recipientes con bordes de pintura metálica, ya que estos causan la emisión de chispas.

Por lo que el horno microondas **se encuentra inoperativo**, se presume que el costo de adquisición de los componentes dañados, si hubiera en el mercado, bordea el 50% del costo de uno nuevo.

La continuidad de uso dependerá de, si se puede encontrar los repuestos en el mercado, realizar un sinceramiento de costos, disponibilidad de presupuesto compra y de sus necesidades, pues el año de fabricación de ese equipo es de 2018.

Cabe señalar que muchos artefactos de las mismas características ya están presentando ineficiencia al momento de calentar alimentos, debido al tiempo de uso y funcionamiento continuo del magnetron, pues éste es el principal componente que se echa a perder y no tiene reparación.

Es cuanto informo a su despacho para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.



ING. DAVID E. BERAÚN ESPÍRITU
SUPERVISOR ELECTROMECÁNICO

Fs.03

c.c. archivo



8. BANA. 2026 - AGOSTO

AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA



REPORTE N°0156- 2025-GRJ/DIRESA/IREN/OEA/OA/UP

A : LIC.ADM.GUSTAVO HUAMAN QUISPE
JEFE OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

ATENCION : ING. JOSMELL PALACIOS SANTOS
JEFE OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS

ASUNTO : SOLICITUD DE INFORME TÉCNICO SOBRE ESTADO DE MICROONDAS

FECHA : Concepción, 15 de setiembre del 2025.

Por medio del presente, la **Unidad de Control Patrimonial** solicita a su despacho la **evaluación técnica** del equipo **microondas** registrado en el inventario patrimonial institucional con código patrimonial 322260610008, a fin de determinar su estado operativo y establecer si procede su **reparación** o, en caso contrario, su **baja definitiva** de acuerdo con las normas vigentes.

Agradeceremos se nos remita el **informe técnico correspondiente**, indicando de manera detallada:

- Estado actual del equipo.
- Posibilidad y costo estimado de reparación (de ser viable).
- Recomendación sobre su continuidad o baja patrimonial.

Este requerimiento se realiza con el objetivo de dar cumplimiento a las disposiciones sobre control y gestión de bienes muebles del Estado.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente




C.P.C. David M. Fuentes Flores
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

Fs. 02

c.c. archivo

DMFF/UCP

DOC:	09594636
EXP:	06530219



Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Centro
Progreso N° 1235, 1237, 1239 Sector Palo Seco Concepción - Junín
direccion@irencentro.gob.pe

LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES
(Institucional)
Año : 2025

UNIDAD EJECUTORA : 414 GOB. REG. DE JUNIN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 001735

Cod Barras / Cod Anterior	Nº Serie	Marca	Modelo	Fecha Alta	Fecha Compra	Nº O/C	Nº NEA	Tipo de Ingreso	Centros de Costo	Ubicación Física	Responsable	Estado
Código Patrimonial Descripción de Activos Fijos												
322260610008		HORNO MICROONDAS										
OA3J7WDK700617A		SAMSUNG	AME1114TWWXPE	20/03/2024	00/00/0000	S/N	2	INV.INIC.	OFICINA DE ABASTECIMIENTO	A1-202	COTERA INGA CARLOS ALBERT	ACTIVO FIJO

Total de registros : 1



8. BAJA. 2026. AGOSTO



9. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



sl

REPORTE N°424-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI

A : LIC. ADM. FRAY GUSTAVO HUAMAN QUISPE
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración

ATENCION : UNIDAD DE PATRIMONIO

DE : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - IREN CENTRO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

22 SEP 2025

HORA: 11:57 FOLIOS: 02
FIRMA: [Signature]

ASUNTO : SOLICITUD DE BAJA DE BIENES INFORMATICOS INOPERATIVOS

FECHA : Concepción, 22 de setiembre del 2025

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez procederá remitir en cuanto al documento de referencia; el responsable de la Unidad de Soporte Técnico (Cristian Taipe Canto), **Solicita dar de baja bienes informáticos inoperativos**, Según; **INFORME N°033-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CTC**

Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y/o para los fines pertinentes. Sin otro particular, me despido reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
Ing. John Fritz Orellana Sotelo
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS CENTRO
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
23-09-2025
RECEPCION
HORA 11:23 FOLIO 02
FIRMA 4

PROVEIDON° 10140
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
FASE A: OGDH () OA () OE
OIHS () SECRET () OTROS X
PARA: ATENCIÓN
() CONOCIMIENTO
() REVISIÓN
() INFORME TÉCNICO
() OTROS
CONCEPCIÓN 21/09/25

F.s.2
c.c. archivo
JFOS/kyc

DOC:	09622109
EXP:	06545757



9. BAJA - 2026 - AGOSTO



AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA



INFORME N°033-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CTC

A : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTÉLO
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASUNTO : SOLICITUD DE BAJA DE BIENES INFORMÁTICOS INOPERATIVOS

ATENCIÓN : CPC. DAVID FUENTES FLORES
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

FECHA : CONCEPCIÓN, 22 DE SETIEMBRE DEL 2025.

GOBIERNO REGIONAL DE SALUD JUNÍN	
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - CENTRO	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	
22 SEP. 2025	
RECIBIDO	
HORA: 12:09	FOLIO: 01
FIRMA: <i>[Firma]</i>	

Por medio del presente es grato dirigirme a Usted con la finalidad de hacerle llegar un saludo cordial.

1. ANTECEDENTES:

En el área de Soporte Técnico se encuentran bienes informáticos que serán dados de baja debido a que se encuentran inoperativos tras haber cumplido su ciclo de vida útil. Dichos equipos presentan fallas técnicas y desgaste físico, lo que justifica su retiro del área y su posterior baja patrimonial.

2. OBJETIVO

Solicitar formalmente la baja de los bienes detallados en el presente informe, con la finalidad de mantener actualizado el inventario institucional y liberar espacio físico en el área.

3. DETALLE DE BIENES A DAR DE BAJA

N°	Bien	Marca	Modelo	Serie
1	Teclado <i>Sm</i>	VASTEC	KM105	VA0923K0550 ✓
2	Teclado <i>mouse</i>	HP	KBAR211	BEXJLOALAA09ZN ✓
3	Teclado <i>Sm</i>	HP	KBAR211	BEXJLOALAA09JF ✓
4	Teclado <i>2/12</i>	HP	KBAR211	BEXJLOALAA09RE ✓
5	Teclado <i>2/12</i>	HP	KBAR211	BEXJLOALAA09K0 ✓
6	CPU	HP	HP PRODESK 400 G4	8CC84108P0 ✓
7	Ticketera	EPSON	M267D	TC6Y514676 ✓



Nº Bien Marca Modelo Serie

8	Impresora	HP	LaserJet Pro M402dne	BRBSL8V33K
9	CPU	HP	HP PRODESK 400 G4	8CC84108ND
10	Impresora	HP	LaserJet Pro M402dne	BRBSL8V315
11	Impresora	HP	LaserJet Pro M402dne	BRBSL8V360
12	CPU	HP	HP PRODESK 400 G3	8CG7155H3P
13	CPU	HP	HP PRODESK 400 G3	8CG7155H3Q
14	CPU	HP	HP PRODESK 400 G4	8CC84108NT

4. OBSERVACIONES TÉCNICAS

Los bienes mencionados presentan la siguiente condición:
- Equipos sin funcionamiento: Los dispositivos ya no encienden, presentan fallas irrecurperables y han cumplido su ciclo de vida útil.

5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Con base en la evaluación técnica realizada, se concluye que los bienes listados no son aptos para su reutilización dentro de la institución. Por tanto, se recomienda la baja de los mismos.

Agradeciendo su atención al presente, es todo cuanto informo a su despacho para fines que estime convenientes.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas
Cristian Taipe Canto
on-ust

RESPONSABLE DE SOPORTE INFORMÁTICO

Fs. 01
c.c. archivo
CTC

DOC:	09621206
EXP:	06545757



FICHA DE ASIGNACIÓN EN USO Y DEVOLUCIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

N° 022 - 2025



ENTIDAD U ORGANIZACIÓN:

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO	
DATOS DEL USUARIO:	
Nombres y apellidos:	CRISTIAN OSWALDO TAPE CANTO
Cargo:	JEFE DE SOPORTE INFORMATICO
Unidad Organizativa:	ADMINISTRACION
Modalidad (1):	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

FECHA: 23/09/2025

DATOS DEL AMBIENTE:

Nombre:	SOPORTE TECNICO
Código:	A1-207

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN (2)					UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
				MARCA	MODELO	COLOR	SERIE/DIMENSIÓN	ESTADO (3)		
1	1	740841000055	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET PRO M402DNE	BLANCO HUMO	BRSL8V360	MALO	A3-217	
2	1	740841000041	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET PRO M402DNE	BLANCO HUMO	BRSL8V33K	MALO	A1-104	
3	1	740895000258	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXILOALAA092N	MALO	A1-207	SIN MOUSE
4	1	740895000258	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	VASTEC	KM 105	NEGRO	VA0923K0550	MALO	B3-101C	SIN MOUSE
5	1	740895000075	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXILOALAA09RE	MALO	A2-102	SIN MOUSE
6	1	740895000049	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXILOALAA09RE	MALO	B1-102	SIN MOUSE
7	1	740895000059	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXILOALAA09K0	MALO	B2-134	SIN MOUSE
8	1	740840430002	IMPRESORA DE ETIQUETA - IMPRESORA DE TICKET	EPSON	M267D	GRIS OSCURO	TC6Y514676	MALO	B3-110	
9	1	740895000153	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODESK 400 G4	NEGRO	8CC84108P0	MALO	B3-110	
10	1	740895000202	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODESK 400 G4	NEGRO	8CC84108NT	MALO	B3-S103	
11	1	740841000028	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET PRO M402DNE	BLANCO HUMO	BRSL8V315	MALO	B3-S104	
12	1	740895000140	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODESK 400 G4	NEGRO	8CC84108ND	MALO	B3-S104	
13	1	SIN CODIGO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODESK 400 G4	NEGRO	8CG7155H3P	MALO	A3-217	
14	1	SIN CODIGO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODESK 400 G3	NEGRO	8CG7155H3Q	MALO	A1-208	

NOTA: LA OFICINA DE SOPORTE TECNICO REALIZA LA ENTREGA DEL LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDE PARA EL TRAMITE DE BAJA. REPORTE N° 424-2025/DIRESA/REN-CENTRO/OTI

(1) La modalidad de contratación es consignada en base a la siguiente escala: Funcionario. Deslizado. Nombrado. Contratado.

(2) En caso de vehículos, se utiliza adicionalmente el Formato de Ficha Técnica de Vehículo, contemplado en el Anexo N° 8. En caso de semovientes, utilizar escala de acuerdo a su naturaleza.

(3) El estado es consignado en base a la siguiente escala: nuevo, bueno, regular, malo. En caso de semovientes, utilizar escala de acuerdo a su naturaleza.

CONSIDERACIONES:

- El usuario es responsable de la permanencia y conservación de cada uno de los bienes descritos, recomendándose tomar las precauciones del caso para evitar sustracciones, deterioros, etc.
- Cualquier necesidad de traslado del bien mueble patrimonial dentro o fuera de la Entidad u Organización es previamente comunicado al encargado de la Unidad de Control Patrimonial.

Todos los equipos sin cable de poder y sin cable usb
Todos sin mouse

DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
ESTADO REGIONAL DE BIENES PATRIMONIALES
C.P.C. David M. Fuentes Flores
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas
CENTRO
Cristian Osorio
Cristian Osorio



10. BAIA 2026 - AGOSTO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



48

REPORTE N° 452 -2025 /GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI

A : LIC. ADM. FRAY GUSTAVO HUAMAN QUISPE
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración


ATENCION : CPC. DAVID FUENTES FLORES
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial

DE : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

ASUNTO : SOBRE EVALUACIÓN TÉCNICA DE EQUIPOS DE BAJA

REFERENCIA : (1) REPORTE N°164-2025-GRJ/DIRESA/IREN/OEA/OL/UP
(2) REPORTE N°65-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CTC

FECHA : Concepción, 10 de Octubre del 2025




Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez en atención al documento de referencia (1), remitir documento de referencia (2): **REPORTE N°65-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CTC**; del responsable de la Unidad de Soporte Técnico (Cristian Taipe Canto), donde se le solicita hacer evaluación técnica de equipos de baja de bienes informáticos; llegándose a la siguiente conclusión:

- Que los equipos listados no cumplen con las condiciones mínimas para su funcionamiento ni justifican una reparación o actualización

Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y/o para los fines pertinentes. Sin otro particular, me despido reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS
Ing. John Fritz Orellana Sotelo
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN



F.s.05
c.c. archivo
JFOS/sbz

DOC:	09697122
EXP:	06552736



48
05

10. BAJA - 2026 - AGOSTO

47



AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA"

REPORTE N°065-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CTC

A : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ATENCIÓN : CPC. DAVID FUENTES FLORES
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ASUNTO : EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE EQUIPOS DE BAJA

FECHA : CONCEPCIÓN, 10 DE OCTUBRE DEL 2025

Por medio del presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informar que, por medio de la referencia REPORTE 164-2025-GRJ/DIRESA/IREN/OEA/OL/UP.

La Unidad de Soporte Técnico, luego de realizar la verificación de los equipos informáticos detallados en la lista adjunta, ha determinado que dichos bienes presentan fallas electrónicas irreparables, deterioro físico por tiempo de uso y desfasamiento tecnológico.

Se concluye que los equipos listados no cumplen con las condiciones mínimas para su funcionamiento ni justifican una reparación o actualización.

Por lo tanto, se recomienda su baja definitiva del inventario institucional.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas

Cristian Talpe Canto
OTI - UST

RESPONSABLE DE SOPORTE INFORMÁTICO

Fs. 04
c.c. archivo
CTC

DOC:	09695750
EXP:	06552736

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN	
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES	
NEOPLÁSICAS - CENTRO	
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	
10 OCT. 2025	
RECIBIDO	
HORA: 15:42	FOLIO: 01
FIRMA:	

47



AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA



CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	MOTIVO DE BAJA	OBSERVACIONES
112204460011	CALEFACTOR	IMACO	OFR9 AO	SIN SERIE	EQUIPO INOPERATIVO	NO ENCIENDE
112204460012	CALEFACTOR	IMACO	OFR9 AO	SIN SERIE	EQUIPO INOPERATIVO	NO ENCIENDE
112204460013	CALEFACTOR	IMACO	OFR9 AO	SIN SERIE	EQUIPO INOPERATIVO	NO ENCIENDE
112204460014	CALEFACTOR	IMACO	OFR9 AO	SIN SERIE	EQUIPO INOPERATIVO	NO ENCIENDE
740845500004	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890II	X3YF050765	EQUIPO INOPERATIVO	FALLA ELECTRÓNICA POR CORTOCIRCUITO EN PLACA PRINCIPAL
740845500005	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890II	X3YF045913	EQUIPO INOPERATIVO	FALLA ELECTRÓNICA POR CORTOCIRCUITO EN PLACA PRINCIPAL
740845500006	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	PB31A	X3YF045898	EQUIPO INOPERATIVO	FALLA ELECTRÓNICA POR CORTOCIRCUITO EN PLACA PRINCIPAL
740845500007	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890II	X3YF045900	EQUIPO INOPERATIVO	FALLA ELECTRÓNICA POR CORTOCIRCUITO EN PLACA PRINCIPAL
740877000031	MONITOR A COLOR	HP	V203P	6CM82503CJ	EQUIPO INOPERATIVO	FALLA ELECTRÓNICA POR CORTOCIRCUITO EN PLACA PRINCIPAL
740877000044	MONITOR A COLOR	HP	V203P	3CQ6480B9D	EQUIPO INOPERATIVO	FALLA ELECTRÓNICA POR CORTOCIRCUITO EN PLACA PRINCIPAL
740877000108	MONITOR A COLOR	HP	V203P	6CM82301GF	EQUIPO INOPERATIVO	FALLA ELECTRÓNICA POR CORTOCIRCUITO EN PLACA PRINCIPAL
740877000156	MONITOR A COLOR	HP	V203P	6CM82501P5	EQUIPO INOPERATIVO	FALLA ELECTRÓNICA POR CORTOCIRCUITO EN PLACA PRINCIPAL
740895000127	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	BEXILOALAA09QC	EQUIPO INOPERATIVO	EL EQUIPO PRESENTA DAÑO FÍSICO Y ESTÁ DETERIORADO POR TIEMPO DE USO
740895000243	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	BEXILOALA660MX	EQUIPO INOPERATIVO	EL EQUIPO PRESENTA DAÑO FÍSICO Y ESTÁ DETERIORADO POR TIEMPO DE USO
740899500255	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODESK 400 G4	8CC84108MV	EQUIPO INOPERATIVO	FALLA ELECTRÓNICA POR CORTOCIRCUITO EN PLACA PRINCIPAL

740899500256	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODESK 400 G4	8CC84108NJ	EQUIPO INOPERATIVO	FALLA ELECTRÓNICA POR CORTOCIRCUITO EN PLACA PRINCIPAL
742251340001	MAQUINA REGISTRADORA	CASIO	TK-3200	5202401	EQUIPO SIN USO OPERATIVO	EQUIPO OBSOLETO POR DESFASAMIENTO TECNOLÓGICO
742251340002	MAQUINA REGISTRADORA	CASIO	TK-3200	5202422	EQUIPO SIN USO OPERATIVO	EQUIPO OBSOLETO POR DESFASAMIENTO TECNOLÓGICO
SIN CODIGO	ANEXO TELEFONICO IP	CISCO	CP-7811	WZP221502DK	EQUIPO INOPERATIVO	FALLA ELECTRÓNICA POR CORTOCIRCUITO EN PLACA PRINCIPAL
SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	HP	KBAR211	BEXILOALA6110D	EQUIPO INOPERATIVO	EL EQUIPO PRESENTA DAÑO FÍSICO Y ESTÁ DETERIORADO POR TIEMPO DE USO
SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	DELL	KB216T	CN-06WMNO-PRC00-8A5-00ZW-A03	EQUIPO INOPERATIVO	EL EQUIPO PRESENTA DAÑO FÍSICO Y ESTÁ DETERIORADO POR TIEMPO DE USO
SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	ADVANCE	GT-KB08CM	SIN SERIE	EQUIPO INOPERATIVO	EL EQUIPO PRESENTA DAÑO FÍSICO Y ESTÁ DETERIORADO POR TIEMPO DE USO
SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	HP	KBAR211	BXIL0ALAA09U4	EQUIPO INOPERATIVO	EL EQUIPO PRESENTA DAÑO FÍSICO Y ESTÁ DETERIORADO POR TIEMPO DE USO
SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	ADVANCE	GT-KB08CM	SIN SERIE	EQUIPO INOPERATIVO	EL EQUIPO PRESENTA DAÑO FÍSICO Y ESTÁ DETERIORADO POR TIEMPO DE USO

10. BAJA - 2026 - AGOSTO

JUNIN

AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"



REPORTE N° 164 - 2025-GRJ/DIRESA/IREN/OEA/OL/UP

A : LIC.ADM.GUSTAVO HUAMAN QUISPE
JEFE OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

A : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

ATENCION : CRISTIAN TAPE CANTO
JEFE DE LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO

ASUNTO : EVALUACION Y OPINION TECNICA SOBRE EQUIPOS PARA BAJA.

FECHA : CONCEPCIÓN 24 DE SETIEMBRE DEL 2025

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - IREN
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

HORA: 11:05 FOLIOS: 02
FIRMA: [Firma]

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, La Unidad de Control Patrimonial, en el marco de sus funciones de supervisión y control de los bienes patrimoniales de la Institución del cual se viene evaluando la situación actual de diversos equipos informáticos registrados en el inventario institucional, con el objetivo de determinar su estado operativo y la pertinencia de su permanencia o baja patrimonial. En tal sentido, se solicita a su área tenga a bien realizar la evaluación y verificación técnica de los siguientes equipos informáticos:

DESCRIPCIÓN (2)							UBICACIÓN
CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE/ DIMENSIÓN	ESTADO (3)	
112204460011	CALEFACTOR	IMACO	OFR9 AO	BLANCO HUMO	SIN SERIE	MALO	A1-104
112204460012	CALEFACTOR	IMACO	OFR9 AO	BLANCO HUMO	SIN SERIE	MALO	A1-104
112204460013	CALEFACTOR	IMACO	OFR9 AO	BLANCO HUMO	SIN SERIE	MALO	A1-104
112204460014	CALEFACTOR	IMACO	OFR9 AO	BLANCO HUMO	SIN SERIE	MALO	A1-104
740845500004	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX - 890II	NEGRO	X3YF050765	REGULAR	A1-104
740845500005	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX - 890II	NEGRO	X3YF045913	REGULAR	A1-104
740845500006	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	PB31A	NEGRO	X3YF045898	REGULAR	A1-104
740845500007	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX - 890II	NEGRO	X3YF045900	REGULAR	A1-104
740877000031	MONITOR A COLOR	HP	V203P	NEGRO	6CM82503CJ	MALO	A1-104
740877000044	MONITOR A COLOR	HP	V203P	NEGRO	3CQ6480B9D	MALO	A1-104
740877000108	MONITOR A COLOR	HP	V203P	NEGRO	6CM82301GF	REGULAR	A1-104
740877000156	MONITOR A COLOR	HP	V203P	NEGRO	6CM82501P5	REGULAR	A1-104
740895000127	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXJL0ALAA09 QC	MALO	A1-104
740895000243	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXJL0ALA660 MX	MALO	A1-104
740899500255	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODES K 400 G4	NEGRO	8CC84108MV	MALO	A1-104

CTI

PROVEIDON° 10024
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
BASE A: GEDH () OA () OE ()
QHS () SECRET () OTROS ()
PARA () ATENCIÓN
() CONOCIMIENTO
REVISIÓN
INFORME TÉCNICO
OTROS
CONCEPCIÓN 24/09/2025

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN - Centro
Calle N° 1235, 1237, 1239 Sector Palo Seco Concepción - Junín
direccion@irencentro.gob.pe

045
29

10. BAIA - 2024 - AGOSTO

JUNIN

AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"



740899500256	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO - CPU	HP	PRODES K 400 G4	NEGRO	8CC84108NJ	MALO	A1-104
742251340001	MAQUINA REGISTRADORA	CASIO	TK-3200	BLANCO HUMO	5202401	REGULAR	A1-104
742251340002	MAQUINA REGISTRADORA	CASIO	TK-3200	BLANCO HUMO	5202422	REGULAR	A1-104
SIN CODIGO	ANEXO TELEFONICO IP	CISCO	CP-7811	NEGRO	WZP221502DK	SIN CODIGO	A1-104
SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXJL0ALA6110 D	SIN CODIGO	A1-104
SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	DELL	KB216t	NEGRO	CN-06VMN0-PRC00-8A5-00ZW-A03	SIN CODIGO	A1-104
SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	ADVANCE	GT-KB08CM	NEGRO	SIN SERIE	SIN CODIGO	A1-104
SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	HP	KBAR211	NEGRO	BXJL0ALAA09U 4	SIN CODIGO	A1-104
SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD TIPO MULTIMEDIA CON CONECCION USB	ADVANCE	GT-KB08CM	NEGRO	SIN SERIE	SIN CODIGO	A1-104

Con base en dicha verificación, se requiere se emita una opinión técnica detallada sobre el estado de conservación, funcionalidad, vida útil, remanente y recomendación de uso o baja definitiva de los mismos. Cabe mencionar que los siguientes equipos fueron devueltos por inoperatividad y desfacimiento tecnológico del área usuaria a la Unidad de Control Patrimonial. La información que se proporcione será fundamental para el análisis y sustento de las acciones administrativas correspondientes dentro del marco normativo vigente.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención prestada a la presente, quedando a la espera de su informe técnico.

Atentamente

,Fs. 02
c.c. archivo
DMFF/UCP

DOC:	09632848
EXP:	06552736

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

REPORTE N° 467 -2023/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS

A : Lic. Fray Gustavo HUAMAN QUISPE
Jefa de la Oficina Ejecutiva de Administración – IREN CENTRO.

ASUNTO : SOLICITO BAJA DE LA AMOLADORA

REFERENTE : REPORTE N° 044 -2023-GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS/OI

FECHA : Concepción, 16 de agosto de 2023.

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente a nombre de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios, y a la vez, SOLICITAR la baja de la amoladora, porque se encuentra malogrado. Según como indica el documento de la referencia.

Sin otro en particular, aprovechando la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS IREN - CENTRO
Concepción, 16 de agosto de 2023
Firma: [Firma manuscrita]

PROVEIDO N° 773-8
OFICINA DE ASesorIA TECNICA Y LOGISTICA
Para : Patrimonio
Para : Atención previa
evaluación

Concepción, 17 de 08 de 2023

F.s. 03
JNTT/cfcm
C.C Archivo.

DOC:	06964386
EXP:	04790712

REPORTE N°044-2023-GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS/UI

A : ING. JOSÉ NAPOLEON TOVAR TICSE
Jefe de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios

ASUNTO : Sobre estado de equipos de infraestructura.

REFERENCIA : MEMORANDO MULTIPLE N°26-2023-GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS

FECHA : Concepción, 05 de julio del 2023

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de infraestructura, y a su vez informar lo siguiente;

Mediante el MEMORANDO MULTIPLE N°26-2023-GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS, suscrito por el Ing. José Napoleón Tovar Ticse de fecha 03 de julio de 2023, solicita información del personal y estado situacional de equipos a su cargo a la fecha e indica que:

(...)

Solicitar información del personal a cargo, para poder tomar acciones correspondientes.

(...)

Así mismo informar el estado de operatividad de los equipos que están a su cargo o están en deficiencias, inoperatividad y fallas indicando razones o motivos de la inoperatividad a la fecha.

La unidad de infraestructura comunica a la jefatura de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios que no existe una escasez significativa de personal para la unidad; en cuanto equipos, contamos con una amoladora que esta malograda, no se puede ya reparar, esto por motivo de uso y agotando su tiempo de vida útil; se solicita dar de baja a la amoladora con la oficina de patrimonio.

El código patrimonial de la amoladora es 675001050004 con fecha 20/09/2022 y el segundo código es 675001050001 oficina E-108 con fecha 12/01/2023.

Se entrega la amoladora a la jefatura de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios.

Es cuanto informo a Ud. para las consideraciones necesarias.

Atentamente,

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
IREN CENTRO
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
Jonathan J. Lotte Perceira
(a) OFICINA DE INFRAESTRUTURA

Remitido a N.º. Jefe de
Oficina de Patrimonio para
Paseo a:
la logs del equipo
Paseo a:
ATTE
Concepción 15/08/2023 de 20...

11. BAJA 2026 - AGOSTO

MEMORANDO MUTIPLE No 26 -2023 -GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS

- A :
- ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
 - ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
 - ENCARGADO DE LA UNIDAD DE S.S.G.G.
 - ENCARGADO DE LA UNIDAD DE OPERACIONES
 - ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

Asunto : SOLICITO INFORMACIÓN DEL PERSONAL Y ESTADO SITUACIONAL DE EQUIPOS A SU CARGO A LA FECHA.

Fecha : Concepción, 03 de julio de 2023.

Es grato dirigirme a Ud. Para saludarle cordialmente a nombre de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios, y a la vez SOLICITAR información del personal a cargo, para poder tomar acciones correspondientes. Si actualmente, existe una escasez significativa de personal en las diferentes unidades. Así mismo debe informar el estado de operatividad de los equipos que están a sus cargos o están con deficiencias, inoperativas y fallas indicando razones o motivos de la inoperatividad a la fecha, en un plazo de 24 horas.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,


Ing. José Napoleón Tovar Ticsé
JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS



Fs. 01
JNTT/sec.
C.C Archivo.

DOC:	06833446
EXP:	04699783

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN - Centro
Progreso N° 1235, 1237, 1239 Sector Palo Seco Concepción - Junín
direccion@irencentro.gob.pe

11. BAJA. 2016. AGOSTO

40



40

ACTA DE DEVOLUCIÓN DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS

N°: 002-2023

FECHA: 23/08/2023

I. DATOS DE RESPONSABLE DE AUTORIZACION PARA SUPERVISION Y RECOJO DE LOS BIENES MUEBLES PATRIMONIALES			OFICINA/DIRECCIÓN					
LIC.ADM.FRAN GUSTAVO HUAMAN QUISPE			ADMINISTRACIÓN					
II. DATOS DEL RESPONSABLE DE RECEPCIÓN:			OFICINA/DIRECCIÓN					
LIC.ADM.NATALY VARGAS VELIZ			UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL					
III. DATOS DEL RESPONSABLE DE DEVOLUCIÓN:			OFICINA/DIRECCIÓN					
ING.JONATHAN J.LETTE PEREYRA			OFICINA DE INFRAESTRUCTURA					
IV. DATOS DE LOS BIENES PATRIMONIALES:			Jefe					
ITE	CANT.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN PATRIMONIAL	MARCA	MODELO	SERIE	COLOR	ESTADO	OBSERVACIONES
1	1	AMOLADORA	BOSCH	GW5-9-125-S	300716072020	VERDE/PLOMO	MALO/DESUSO	
CODIGO PATRIMONIAL: 675001050001								
ESTADO: (N) NUEVO (B) BUENO (R) REGULAR (M) MALO MM(MUY MALO)								
OPERATIVIDAD: (U) EN USO (D) EN DESUSO								



DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMERIAS
REN CENTRO - REN CLASAS DEL CENTRO - REN CENTRO

Lic. Nataly B. Vargas Veliz

JEFEE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL



DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMERIAS
REN CENTRO - REN CLASAS DEL CENTRO - REN CENTRO

Ing. José Hernández Torres

JEFE DE LA UNIDAD DE BIENES MUEBLES Y/O EQUIPOS



DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMERIAS
REN CENTRO - REN CLASAS DEL CENTRO - REN CENTRO

J. J. Lette Pereyra

JEFE DE LA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA

- CONSIDERACIONES:
- El usuario es responsable de la permanencia y conservación de cada uno de los bienes descritos, recomendándose tomar las precauciones del caso para evitar sustracciones, deterioros, etc.
 - Cualquier necesidad de traslado del bien mueble patrimonial dentro o fuera de la Entidad u Organización es previamente comunicado al encargado de la Unidad de Control Patrimonial.
 - El estado es consignado en base a la siguiente escala: nuevo, bueno, regular, malo. En caso de semovientes, utilizar escala de acuerdo a su naturaleza.



12. BAJA. 2026 - AGOSTO

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"



REPORTE N°0695-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS

A : Lic. Adm. Fray Gustavo Huamán Quispe
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración

ATENCIÓN : Unidad de Control Patrimonial

ASUNTO : EVALUACIÓN TÉCNICA SOBRE EQUIPOS PROPUESTOS
PARA BAJA DEFINITIVA

REFERENCIA : INFORME N°044-2025-GRJ/DIRESA/IREN- CENTRO/OEA/OIHS/UIB

FECHA : Concepción, 10 de octubre de 2025

Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente a nombre de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y de Servicio, a la vez, informar, que en respuesta a su solicitud de evaluación técnica sobre los equipos propuestos para baja definitiva, la Unidad de Ingeniería Biomédica ha procedido a la revisión y análisis de la documentación y el estado actual de los equipos en cuestión.

- Ventilador Volumétrico Marca NORTHERN CRIUS V6: Se recomienda formalmente que este equipo sea considerado para su baja definitiva. La justificación se basa en su prolongado tiempo de uso, el cual ha superado su vida útil estimada.

- Balanza Analítica Marca BOECO BAS32 PLUS: De manera similar, se recomienda que este equipo sea considerado para su baja definitiva. La justificación se fundamenta en su extenso período de servicio, que ha derivado en un deterioro significativo de su precisión y fiabilidad. Los costos asociados a la calibración y reparación de la balanza superan el valor de adquisición de un equipo nuevo con mejores prestaciones.

En resumen, ambos equipos cumplen con los criterios técnicos para ser dados de baja, considerando su tiempo de uso, obsolescencia y costos de mantenimiento. Se sugiere que sean incluidos en el programa de equipamiento del siguiente año para su reemplazo.

Es cuanto le informo para su conocimiento y fines pertinentes.


Atentamente,

f.s.04

JJPS/lpc



C.C. Archivo

DOC.	09698263
EXP.	06552875



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
UNIDAD DE INGENIERÍA BIOMÉDICA
JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN





12. BAJA - 2076 - AGOSTO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



INFORME N° 044 -2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS/UIB

A : ING. JOSMELL JAVIER PALACIOS SANTOS
Jefe de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios

ATENCIÓN : UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

ASUNTO : EVALUACIÓN DE DOS EQUIPOS BIOMÉDICOS ALMACENADOS EN
LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

FECHA : Concepción, 10 de octubre de 2025



Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente a nombre de la Unidad de Ingeniería Biomédica, así mismo aprovechar para informar lo siguiente:

I. BASES LEGALES

- Decreto Legislativo N° 1155, que dicta medidas destinadas a mejorar la calidad del servicio y declara de interés público el mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento en los establecimientos de salud a nivel nacional.
- Resolución Ministerial N° 533-2016/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Lineamientos para la Elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de la Infraestructura y el Equipamiento en los Establecimientos de Salud".

II. ANTECEDENTES

El ventilador Volumétrico de marca NORTHERN, durante la pandemia en el año 2020 fue donado por el MINSA y consecuentemente a este suceso fue dado en calidad de cesión en uso al Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo con la finalidad de atender los casos de pacientes internados por COVID, retornando a IREN en el año 2022, almacenado a la fecha.

La balanza Analítica de marca BOECO durante el año 2021 presentó error de funcionamiento, inoperativo a la fecha.

III. ANÁLISIS

En lo que respecta al Ventilador Volumétrico marca NORTHERN de modelo CRIUS V6 al momento de su uso continuo 24 horas y 07 días a la semana dentro de las instalaciones del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión de Huancayo, vino presentando fallas de funcionamiento, siendo uno de los más críticos el error en el lanzamiento y calibración de caudales a pesar de cambiársele componentes internos, entre otros fallos en el correcto funcionamiento del mezclador, y del apagado esporádico de la pantalla del monitor, entre otros fallos esporádicos que manifestaba durante las pruebas dando a relucir que no es un equipo que ofrezca fiabilidad de correcto funcionamiento y posibles daños internos en su propio sistema, además de que se pudo observar a nivel de noticiarios que en una alto porcentaje de estos equipos Ventilatorios Volumétricos donados quedaban inoperativos en poco


tiempo sin posibilidad de ser reparados (<https://www.idl-reporteros.pe/cementerio-de-ventiladores/>, <https://larepublica.pe/sociedad/2021/12/03/piura-recibio-s-24-millones-en-ventiladores-mecanicos-malogrados-lrnd>), concluyendo no siendo recomendado en su uso con pacientes por el alto riesgo de fallar durante los procedimientos ventilatorios, por lo que fue entregado y almacenado en la Unidad de Control Patrimonial hasta la fecha.

Ahora, respecto a la balanza analítica BOECO con modelo BAS32 PLUS averiada desde el año 2021, inoperatividad ocasionada posiblemente por un error o sobrevoltaje del suministro eléctrico ya que se dañaron tanto la tarjeta electrónica de control y el sistema de pesaje, mostrando en todo momento ERROR-LH, además de que en coordinación en ese momento con el proveedor del equipo ya que se encontraba en garantía, mencionó que no puede ser reparado o esos componentes no son comerciales para venta y que lo recomendable es que se deba adquirir uno nuevo, por tal motivo y en vista de su completa inoperatividad fue entregado y almacenado en la Unidad de Control Patrimonial hasta la fecha.

IV. CONCLUSIÓN

- Se recomienda a la Unidad de Control Patrimonial que el equipo Ventilador Volumétrico de marca NORTHERN CRIUS V6, se considere para ser material de baja definitiva en base a lo expuesto para que pueda ser considerado en el programa de equipamiento del siguiente año.
- Se recomienda a la Unidad de Control Patrimonial que el equipo balanza Analítica de marca BOECO BAS32 PLUS, se considere para ser material de baja definitiva en base a lo expuesto para que pueda ser considerado en el programa de equipamiento del siguiente año.

Es cuanto informo a su despacho para su conocimiento y fines pertinentes.
Atentamente.



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
Ing. E. Huáster Cárte Ore



12- BAJA- 2026- AGOSTO

AÑO DE LA RECUPERACION Y CONSOLIDACION DE LA ECONOMIA PERUANA"



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - IREN CENTRO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

REPORTE N° 165 - 2025-GRJ/DIRESA/IREN/OEA/OL/UP

24 SEP 2025

A : LIC.ADM.GUSTAVO HUAMAN QUISPE
JEFE OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

VERIFICACIÓN
HORA: 15:43 FOLIOS: 01
FIRMA: [Firma]

A : ING. JOSMELL PALACIOS SANTOS
JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS

ATENCION : ING. CUTE ORE ZACARIAS HASLER
JEFE DE LA UNIDAD INGENIERIA BIOMEDICA

25/09/25
RECEPCION
HORA: 14:53 POLICIA: 01

ASUNTO : EVALUACION Y OPINION TECNICA SOBRE EQUIPOS PARA BAJA

FECHA : CONCEPCIÓN 24 DE SETIEMBRE DEL 2025

Por medio del presente me dirijo a usted para saludarlo cordialmente, La Unidad de Control Patrimonial, en el marco de sus funciones de supervisión y control de los bienes patrimoniales de la Institución del cual se viene evaluando la situación actual de diversos equipos informáticos registrados en el inventario institucional, con el objetivo de determinar su estado operativo y la pertinencia de su permanencia o baja patrimonial. En tal sentido, se solicita a su área tenga a bien realizar la evaluación y verificación técnica de los siguientes equipos informáticos:

CÓDIGO PATRIMONIAL	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN (2)					UBICACIÓN
		MARCA	MODELO	COLOR	SERIE/ DIMENSIÓN	ESTADO (3)	
532298550001	VENTILADOR VOLUMETRICO	NORTHERN ME	CRIUS V6	BLANCO HUMO	V6-I0604071	REGULAR	A1-104
602206340013	BALANZA ANALITICA	BOECO	BAS32 PLUS	BLANCO HUMO/AZUL	552192/17	REGULAR	A1-104
746418810003	CAJA FUERTE	SOLTEC	ST-50E	PLOMO	SIN SERIE	MALO	A1-104

Con base en dicha verificación, se requiere se emita una opinión técnica detallada sobre el estado de conservación, funcionalidad, vida útil, remanente y recomendación de uso o baja definitiva de los mismos. Cabe mencionar que los siguientes equipos fueron devueltos por inoperatividad y desfacimientto tecnológico del área usuaria a la Unidad de Control Patrimonial. La información que se proporcione será fundamental para el análisis y sustento de las acciones administrativas correspondientes dentro del marco normativo vigente.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención prestada a la presente, quedando a la espera de su informe técnico.

Atentamente

,Fs. 01
c.c. archivo
DMFF/UCPG

DOC:	09633094
EXP:	06552875

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
C.P.C. David M. Fuentes Flores
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

PROVEIDO N° 10215
PASÉ A: OGDH () OA () OE ()
OHS () SECRET () OTROS ()
PARA: ATENCIÓN
CONOCIMIENTO
REVISIÓN
INFORME TÉCNICO
OTROS
CONCEPCIÓN 25/09/25

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN - Centro
Progreso N° 1235, 1237, 1239 Sector Palo Seco Concepción
direccion@irencentro.gob.pe





13. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



34

REPORTE N° 055-2026 /GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI

A : LIC. ADM. FRAY GUSTAVO HUAMAN QUISPE
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración


ATENCIÓN : CPC. DAVID FUENTES FLORES
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial

DE : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

ASUNTO : SOBRE EQUIPO DAÑADO DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE GUARDIA

REFERENCIA : REPORTE N° 0013 – 2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAO

FECHA : Concepción, 02 de febrero del 2026



Por medio del presente es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y al mismo tiempo, remitir;
REPORTE N° 0013 – 2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAO, de la Unida de Soporte Técnico – OTI, sobre equipo dañado del Servicio de Mantenimiento - Guardia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN – CENTRO.

OBSERVACIONES: Se llevo a las siguientes conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES:

- El equipo reportado presenta daño en la placa madre (chip video), por lo que ingresará a BAJA, para no cortar el flujo de trabajo del área usuaria, se entregará un equipo completo (regular) al ser un daño por deterioro más no por terceros.

RECOMENDACIONES:

- Se recomienda la renovación paulatina del parque informático con la finalidad de que en caso de daños por uso, se cuenten con equipos para suplir a los equipos de cómputo afectados

Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y/o para los fines pertinentes.

Sin otro particular, me despido reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
IREN INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
Ing. John Fritz Orellana Sotelo
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Fs.04
c.c. archivo
JFOS/sbz

DOC:	10138014
EXP:	06877475

Patrimonio

PROVEIDO N° 1329
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PASE A: OGDH () OA () OE ()
OIHS () SECRET () OTROS ()
PARA: ATENCIÓN
() CONOCIMIENTO
() REVISIÓN
() INFORME TÉCNICO
() OTROS
CONCEPCIÓN 02/08/26



DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOLASICAS CENTRO
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
03-02-2026
RECEPCION
HORA 10:40 a.m. FOLIO 02
FIRMA

RECEPCION DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOLASICAS CENTRO
UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL
03-02-2026
FOLIO 02

13. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

REPORTE N° 0013-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAO

A : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
: JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASUNTO : EQUIPO DAÑADO MANTENIMIENTO GUARDA

FECHA : CONCEPCIÓN, 30 DE ENERO 2026.

Por intermedio del presente tengo el bien saludarlo e informar:

I. ANTECEDENTES

Se recibió el reporte telefónico de un (01) equipo de cómputo, el cual no encendía con normalidad.

Anteriormente se recibieron reportes telefónicos con incidentes similares pero asociados al controlador de video, el cual debía de estar en modo DESHABILITADO para que funcione correctamente, deduciendo una falla en la tarjeta HDMI de este equipo el cual no viene incorporada en la placa madre si no que es un componente insertado en un puerto específico y del cual la falla es recurrente en estos modelos.

II. ANÁLISIS

El personal de la unidad de soporte técnico se apersono al área en mención (Mantenimiento guardia), realizando las pruebas de descarte básicas.

- Activar y desactivar controlador de video (anteriormente reportado) – no funciona
- Cambio de adaptador de video (VGA a HDMI) – no funciona
- Cambio de adaptador de video (VGA a Displayport) – no funciona
- Cambio de cable de video (VGA) – no funciona

Al no funcionar con los descartes básicos el equipo fue llevado a la unidad de soporte técnico para una revisión a fondo detectando lo siguiente:

- Se probó con cables puro (HDMI y DISPLAY PORT) – no funciona
- Cambio de tarjeta HDMI - no funciona

- Cambio de monitor - no funciona
- Retiro de RAM para observar si BIOS realiza alarma – correcto, se descarta funcionamiento de BIOS.

DIAGNOSTICO

- El equipo enciende con normalidad, pero no emite imagen, se descarto cableado y tarjeta HDMI, pero el puerto DISPLAY PORT nativo no reacciona, por lo que se deduce que el origen de la falla se encuentra en el chip de video.

al determinar el origen de la falla y que esta no puede ser corregida con los medios que se cuenta, se determinó que el equipo debía de entrar en baja ya que la reparación seria dificultoso debido a que no encuentra repuestos (nuevos) para el tipo de placa madre.

III. DESARROLLO

El equipo al encontrarse inoperativo, se determinó la entrega de otro equipo a fin de no afectar las labores del área usuaria, para lo cual se realizó el siguiente movimiento:

SE RETIRO 01 EQUIPO DE CÓMPUTO COMPLETO (EN ESTADO MALO)

MARCA	HP	
MODELO	PRODESK 400G3	
SERIE	8CG7155H5J	BAJA - 2026.
MONITOR		
MARCA	HP	
MODELO	V202	
SERIE	3CQ6480B7K	BAJA - 2026
TECLADO	BEXJL0ALA660LO	
MOUSE	ILEGIBLE	
TRANSFORMADOR	WFZJT0BGCB8TG8	

SE ENTREGA 01 EQUIPO DE CÓMPUTO COMPLETO (EN ESTADO REGULAR)

MARCA	HP
MODELO	PRODESK 400G4
SERIE	8CC84108MQ
MONITOR	
MARCA	HP
MODELO	V203P
SERIE	6CM82501N3
TECLADO	BEXJL0AWYBC0I7
MOUSE	FCMHH0A67BBBAQ
TRANSFORMADOR	WFZJT0BGC8YXG

13. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

IV. CONCLUSIÓN

El equipo reportado presenta daño en la placa madre (chip de video) por lo que ingresara a BAJA, para no cortar el flujo de trabajo del área usuaria se entregara un equipo completo (regular) al ser un daño por deterior mas no por terceros.


Muchos de los equipos de cómputo con los que cuenta el IREN Centro, viene sufriendo desperfectos debido al tiempo de uso y deterioro natural de sus componentes.

V. RECOMENDACIONES

Se recomienda la renovación paulatina del parque informático con la finalidad de que, en caso de daños por uso, se cuenten con equipos para suplir a los equipos de cómputo afectados.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



CHRIS FRANCIS ALIAGA ORIHUELA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO

GOBIERNO REGIONAL DE JUNO
SECRETARÍA DE GESTIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPO

ACTA 022	Fecha: 2026-01-30
Asunto: Entrega de Equipo	Área: MANTENIMIENTO GUARDIA
El presente acta tiene por objeto: ADMIN	

SE ENTREGA EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO COMO REEMPLAZO POR FALLA DE EQUIPO ANTERIOR (PLACA MADRE DAÑADA)

Nº	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Estado	Observaciones
1	MINIPC COMPLETO	HP	PRODESK 400G3	8CG7155H5J	BAJA	SE RETIRA - PLACA MADRE DAÑADA
2	MINIPC COMPLETO	HP	PRODESK 400G4	8CC84108MQ	REGULAR	SE ENTREGA - EN REEMPLAZO

GOBIERNO REGIONAL DE JUNO
SECRETARÍA DE GESTIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN
SECRETARÍA DE GESTIÓN



14. BAJA. 2026 - AGOSTO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



30

REPORTE N°0115-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI

A : LIC. ADM. FRAY GUSTAVO HUAMÁN QUISPE
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración


ATENCION : CPC. DAVID FUENTES FLORES
Jefe de la Unidad de Control Patrimonial

DE : ECON. HANNS STOW DE LA VEGA OLIVERA
Jefe (E) de la Oficina de Tecnologías de la Información

ASUNTO : SOBRE EQUIPOS PARA BAJA

REF : (1) REPORTE N° 0034-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAO

FECHA : Concepción, 02 de marzo del 2026



Por medio del presente es grato dirigirme a Usted con la finalidad de hacerle llegar un saludo cordial y a la vez, remitir documento de referencia: **REPORTE N° 0034-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAO**; sobre Equipos de Baja.

OBSERVACIONES: Como conclusión y recomendación principal, se proponen las siguientes acciones:

• **CONCLUSIÓN:**

En los documentos adjuntos se describe la situación de cada equipo mencionado, así como las circunstancias que determinaron su inoperatividad

• **RECOMENDACIONES:**

Se recomienda la Oficina e Control Patrimonial retire los equipos mencionados, para seguir los procedimientos para su baja respectiva


Es todo cuanto informo a su despacho para su conocimiento y/o para los fines pertinentes. Sin otro particular, me despido reiterándole las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

ECON. HANNS STOW DE LA VEGA OLIVERA
Jefe (E) de la Oficina de Tecnologías de la Información
IREN CENTRO

F.s.13
c.c. archivo
HSVO/sbz

DOC:	10241494
EXP:	06947094



INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS - IREN CENTRO
Progreso N° 1235, 1237, 1239 Sector Palo Seco Concepción - Junín
direccion_general@irencentro.gob.pe

30

REPORTE N° 0034-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAO

A : ECO. HANS STOW DE LA VEGA OLIVERA
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

ASUNTO : EQUIPOS PARA BAJA

FECHA : Concepción, 26 de febrero 2026.

Por intermedio del presente tengo el bien saludarlo e informar:

I. ANTECEDENTES

Desde el 2025 a la fecha se vienen suscitaron múltiples circunstancias que vienen afectando múltiples equipos, los cuales requieren ser enviados a la oficina de control patrimonial para su proceso de baja definitiva u otros que estime conveniente la oficina en mención.

II. ANÁLISIS

En la actualidad se cuenta con los siguientes equipos almacenados en el ambiente monitoreo del data center.

IMPRESORAS: (02)

- HP LaserJet Enterprise serie M725 MFP
- Serie N° MXDCL941DQ ✓
 - Daño en rodillos de bandejas.
 - Fusor inoperativo.
 - Bandejas rotas.
 - Lámpara de escáner inoperativo.
 - INFORME N° 038-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CTCHP LaserJet Enterprise serie M725 MFP
- Serie N° MXDCL941F9 ✓
 - Daño en rodillos de bandejas.
 - Fusor inoperativo.
 - Bandejas 01 rota.
 - INFORME N° 038-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CTC

RELOJ IP: (01)

- MOBATIME TR0.30.R1 – RELOJ 01 CARA
- Serie N° 2025908 0132 ✓
 - Enciende, pero no sincroniza correctamente.

12.0
J

MONITOR: (01)

- HP V203P 19.5" – oficina de RRHH
- Serie N° 6CM8221PW2 ✓
 - Monitor presenta líneas en la pantalla debido a deterioro natural.
 - Acta de entrega N° 019

EQUIPOS DE COMPUTO: (03)

- EQUIPO 001
 - HP PRODESK 400 G3 – MINIPC – ALMACEN LOGISTICA
 - Serie N° 8CG7155H4X ✓
 - Placa madre en corto.
 - Monitor HP V202 19.5" Serie 3CQ6480B6Y ✓
 - Operativo
 - Sin adaptador
 - Sin cable de energia
 - Teclado HP PHOU BEXJL0AWYB5147 ✓
 - Operativo.
 - Mouse HP MODGUO FCYRV0AHD667Z5
 - Scroll dañado
 - Transformador 65W WFZJT0BNJB8GXH
 - operativo
 - REPORTE N° 0024-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAO
- EQUIPO 002
 - AIO ADVANCE AI8274 -HOSPITALIZACIÓN CIRUGÍA
 - Serie N° PE180259360022 ✓
 - Resistencias de placa madre en corto.
 - Teclado HP PHOU BEXJL0AWYBA049 ✓
 - Operativo.
 - Mouse HP AM-2022 FCMHH0CJPB9DSN ✓
 - Operativo
 - Cable con corte e interior expuesto
 - Transformador Steelle & Decker - 90W - sin numero de serie
 - Operativo
 - Cable de energía con tierra cortada

o REPORTE N° 0007-2025/GRJ/DIRESA/IREN-
CENTRO/OTI/UST/CFAO

• EQUIPO 003

- o AIO HP PROONE G4 - NEUROCIRUGÍA
- o Serie N° 8CG8423TCQ /
 - Placa madre en corto.
 - Sin teclado
 - Sin mouse
 - Sin transformador

ACCESORIOS: (07)

- Teclado HP KBAR211 BEXJL0ALA61129 - PAUS
 - o Daño en láminas de circuitos
- Teclado HP KBAR211 BEXJL0ALAAO9TP - FARMACIA CENTRAL
 - o Teclas no retornan a estado inicial (duras)
- Teclado HP KBAR211 BEXJL0BLAB71CR /
 - o Daño en láminas de circuitos
- Teclado HP KBAR211 BEXJL0ALAAO9Q1 - MEDICINA 02 - CE
 - o Daño en láminas de circuitos
- Teclado HP KBAR211 BEXJL0ALAAO9X3 - RRHH
 - o Daño en láminas de circuitos
- Mouse HP SM-2022 FCMHH0CJPB9D0Q
 - o Botón IZQUIERDO inoperativo
- Mouse GENIUS DX-110 X1K95994423403
 - o SCROLL inoperativo

Por lo tanto, se requiere la baja de:

- 02 impresoras
- 01 reloj IP
- 01 monitor HP 19.5"
- 03 equipos de computo
- 05 teclados
- 02 mouses

III. CONCLUSIÓN

En los documentos adjuntos se describe la situación de cada equipo mencionado, así como las circunstancias que determinaron su inoperatividad.

Se requiere que la oficina de control patrimonial retire los equipos mencionados, para seguir los procedimientos para su baja respectiva.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



CHRIS FRANCIS ALIAGA ORIHUELA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO

14. BAJA 2026 AGOSTO

AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA

INFORME N° 038-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/CT/UST/CTC

A : ING. JOHN FRITZ CRELLANA SOTELO
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASUNTO : DIAGNÓSTICO DE IMPRESORAS INOPERATIVAS

REFERENCIA : MEMORANDO N° 829-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA

FECHA : CONCEPCIÓN, 23 DE OCTUBRE DEL 2025

Por medio del presente es grato dirigirme a Usted con la finalidad de hacerle llegar un saludo cordial.

1. ANTECEDENTES:

La Unidad de Soporte Técnico ha realizado una verificación física y funcional de las impresoras reportadas por el área usuaria ubicadas en distintas oficinas de la institución, con el propósito de determinar su estado operativo actual y definir las acciones correctivas necesarias. Durante la evaluación, se identificaron diversas fallas que afectan el normal funcionamiento de los equipos.

2. RELACIÓN DE EQUIPOS EVALUADOS:

N°	MODELO Y MARCA	SERIE	UBICACIÓN	DIAGNÓSTICO TÉCNICO	ESTADO
1	HP LaserJet Enterprise M725	MXDCL941DQ ✓	Oficina de Soporte Técnico	Falla en placa controladora del escáner y fusor averiado	Inoperativo
2	HP LaserJet Enterprise M725	MXDCL941F9 ✓	Oficina de Soporte Técnico	Enciende, pero no muestra imagen en pantalla y fusor averiado	Inoperativo
3	HP LaserJet Enterprise M725	MXDCL941DN	Oficina de Soporte Técnico	Funcionamiento normal solo requiere cambio de film fuser (película fusora)	Operativo condicionado
4	HP LaserJet Pro MFP 260sdw	2R7F5A	Oficina de Soporte Técnico	Requiere cambio completo de unidad de tambor (drum)	Inoperativo
5	Konica Minolta Bizhub 225i	ACN2041003749	Oficina de Coordinación de Enfermería – 3er piso	Unidad de imagen deteriorada y falta de polvo revelador	Inoperativo

14. BAJA 2026 - AGOSTO

24

AÑO DE LA RECUPERACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA

6	Ricoh IM 550F	8202X357493	Oficina de Abastecimiento	Línea en las digitalizaciones (scanner) y rodillo de presión deteriorado	Operativo condicionado
---	---------------	-------------	---------------------------	--	------------------------

3. CONCLUSIONES:

- Cuatro (04) impresoras presentan fallas críticas en sus componentes principales (fusor, placa, unidad de imagen o tambor), lo cual impide su funcionamiento normal.
- La impresora HP M725 – MXDCL941DN se encuentra operativa, solo requiere cambio de film del fusor.
- La impresora Ricoh IM 550F presenta falla en el módulo de escaneo (línea negra); sin embargo, el equipo continúa siendo utilizado por la oficina únicamente para realizar escaneos y no para imprimir.
- La Unidad de Soporte Técnico informa que los equipos detallados en el presente diagnóstico ya fueron evaluados internamente, identificándose las fallas específicas y los repuestos necesarios para su reparación y cualquier intervención técnica que sea realizada por externos deberá ser debidamente documentada, indicando los procedimientos efectuados, componentes reemplazados y resultados obtenidos.

Agradeciendo su atención al presente, es todo cuanto informo a su despacho para fines que estime convenientes.

Atentamente,

 GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas

Cristian Taipe Canto
OTI - MDT

RESPONSABLE DE SOPORTE INFORMÁTICO

Fs. 03

c.c. archivo

OTC

DIC:	09748896
EXP:	06621188

24

14. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

MEMORANDO N° 529-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA

A : CPC. Carlos Alberto Cotera Inga
Jefe de la Oficina de Abastecimiento

C.C. : Ing. John Fritz Orellana Sotelo
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información

ATENCION : Unidad de Patrimonio

ASUNTO : Estado situacional de las impresoras de la institución

FECHA : Concepción, 22 de octubre de 2025.

Por medio del presente me dirijo Ud., para saludarlo cordialmente y a la vez poner de conocimiento que de manera verbal vienen quejándose a mi despacho sobre la inoperatividad de impresoras y fotocopadoras designadas a sus oficinas; en esa línea se dispone lo siguiente:

1. La Unidad de Patrimonio, en coordinación con la Unidad de Soporte Técnico, deberá de efectuar un diagnóstico situacional de las impresoras y fotocopadoras inoperativas de la institución; presentar el informe el mismo que deberá contar con el visto bueno del área técnico.
2. La Unidad de Patrimonio, deberá presentar el informe a su jefatura inmediata, a fin de solicitar la asignación presupuestal previo estudio de estudio de mercado y/o proforma.

Por lo expuesto, sírvase dar cumplimiento a la brevedad posible, todo ello a fin de poner operativo dichos equipos y por ende brindar la atención oportuna a todos los documentos administrativos.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y cumplimiento.

Atentamente;

INSTITUCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
CENTRO DE ATENCION AL PACIENTE - IREN CENTRO

Dr. ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ
JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

Fs. 01
C.c. Archivo
FGH/igs

DOC:	09742282
EXP:	06621188

Institución: IREN Centro
Documento: Acta de Entrega



ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS

Código: ACTA_019	Fecha: 2026-01-06
Responsable: Cristian Taipe Canto	Área: RECURSOS HUMANOS
Usuario (quien registra): ADMIN	

Motivo:
intercambio por falla en monitor (linea vertical)

#	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Estado	Observación
1	MONITOR	HP	V203P	6CM8221Q5M	REGULAR	SE ENTREGA
2	MONITOR	HP	V203P	6CM8221PW2	BAJA	SE RETIRA

GOBIERNO REGIONAL DE JUN.
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
CENTRO

GOBIERNO REGIONAL DE JUN.
INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL
CENTRO

Rec. Chris P. Aliaga Orlich
RESP. ENTREGADOR

Recepcionado por

14. BAJA - 2026 - AGOSTO

14. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

REPORTE N° 0024-2026/GRJ/DIPESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAC

ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
A : JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DE EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO ALMACEN LOGÍSTICA
FECHA : CONCEPCIÓN, 10 DE FEBRERO 2026.

Por intermedio del presente tengo el bien saludarlo e informar:

I. ANTECEDENTES

Se recibió la llamada del servicio/área ALMACEN LOGÍSTICA, donde reportan 02 equipos informáticos en mal estado.

II. ANÁLISIS

El personal de la unidad de soporte técnico se acercó al área en mención, encontrando los 02 equipos reportados, durante una revisión rápida, se detectó lo siguiente:

Equipo 01:

- Sonido no funciona, se restableció controlador, pero el problema aún persiste.
- Equipo presenta lentitud en procesos, se optimizó (limpieza de temporales, reducción visual, etc), la mejora es mínima.

Equipo 02:

- Equipo no cuenta con cableado de energía (monitor)
- Al ser encendido esta muestra el LED intermitente (1seg), no logrando arrancar.

Los equipos fueron llevados a la unidad de soporte técnico para las verificaciones del caso y una inspección más exhaustiva, encontrando lo siguiente:

EQUIPO 01:

MARCA: HP

MODELO: PRODESK

08:53

03

SERIE: 8CC84108KT

DIAGNOSTICO:

- Se verifico que el parlante se encontraba en mal estado (cable roto)
- El consumo del HDD se mantenía en el 100%.
- Los recursos de este equipo son básicos 4Gbs de RAM y disco mecánico, ocasionando la lentitud reportada.

CORRECCIÓN:

- Se intercambio el parlante por otro de un equipo dañado en espera de baja.
- Se formateo el equipo, respaldo de información, etc.

RESULTADO:

- Equipo presenta sonido normal - CORREGIDO
- Procesos mejoraron - CORREGIDO

RECOMENDACIÓN.

- El cambio de los componentes deteriorados por repuestos (mejores) mejoraría el funcionamiento del equipo ya que el formateo es una solución temporal.
- Se debe de proveer el cambio de equipo por uno más actual (renovación).

EQUIPO 02:

MARCA: HP

MODELO: PRODESK 400G3

SERIE: 8CG7155H4X

MONITOR: HP V202 3CQ6480B6Y

TECLADO: BEXJL0AWYB5147

MOUSE: FCYRV0AHD667Z5

TRANSFORMADOR: WFZJT0BNJB8GXH

DETECCIÓN:

- El equipo no logra arrancar completamente, los ventiladores giran 01 segundo y luego paran, volviendo a realizarse este proceso indefinidamente.
- Se retiró la memoria RAM para detectar funcionamiento del BIOS, pero este no reacciona, realizando el proceso anterior.
- Se retiró pila, pero se detectó que este se encontraba suelto y quebrado en un extremo.

RESULTADO:

- El equipo presenta un corto en la placa madre, no pudiéndose corregir al no contar con repuesto (placa madre) y el costo excesivo que esto implicaría.
- Se desconoce el origen del incidente puesto que el equipo se encontraba sin funcionar durante un tiempo considerable y no se reportó su avería (anterior a este episodio).
- al quedar inoperativo este equipo se requiere la baja, mediante la oficina de control patrimonial.

NOTA:

- Estos equipos se encuentran en estado REGULAR según el SIGA, debido al tiempo de uso y adquisición.
- Estos equipos fueron instalados en el año 2018, por parte del consorcio hospitalario del centro, entrando en funcionamiento desde el 2019.
- Estos equipos se encuentran discontinuados por la empresa fabricante, lo que dificulta la adquisición de repuestos en caso de averías.
- Debido al deterioro de sus componentes se presentan fallas en las tarjetas HDMI, chip de video, pilas desgastadas, discos duros cumplen su vida útil (20000 horas), mismos que se vienen reportando a la fecha en los distintos servicios del IREN Centro, debido a la antigüedad de los mismos.
- La mayoría de estos equipos fueron repotenciados cambiando los componentes debido a averías reportadas, es por eso que la mayoría de equipos cuentan con discos en estado sólido y cuentan con 8Gbs de memoria RAM siendo lo original (4Gbs

RAM y 01 disco mecánico) mejorando su rendimiento y extendiendo su vida útil.

III. CONCLUSIÓN

Se realizó la revisión de los equipos reportados lográndose solucionar los problemas que presentaba 01 de los equipos, pero el otro equipo reportado se encuentra en estado inoperativo desconociendo el origen de la avería debido a que este no fue reportado y encontrándose inoperativo.

IV. RECOMENDACIONES

En vista de lo encontrado se recomienda lo siguiente:

4.1. REEMPLAZO DE COMPONENTES

Al detectarse efectivamente que este equipo requiere de repuestos para mejorar su rendimiento, se recomienda la adquisición de:

- 01 unidad de memoria RAM DDR4 8GB 3200MHZ SO-DIMM – con precio aprox. S/ 220.00.
- 01 unidad de almacenamiento en estado sólido NV2 500GB M.2 NVME PCIE 4.0 velocidad de lectura 3500MB y escritura 3500MB – con precio aprox. S/ 140.00.

Estos cambios mejoraran el rendimiento del equipo informático, así como alargando su vida útil (1 año)

4.2. RENOVACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO - remplazo

Esta opción requiere que el área usuaria solicite la habilitación presupuestal, para la adquisición de equipamiento nuevo, el cual garantizara en promedio 5 a 6 años de operatividad, contando con componentes actuales que mejorar el trabajo realizado.


All In One HP AIO ProOne 440 G9 23.8" FHD Intel Core i7-14700 16GB SSD512GB Wind11 Pro

FORMATO	ALL IN ONE PARA EMPRESA
MARCA	HP
MODELO	ProOne 440 G9
PROCESADOR	Intel Core i7-14700 (hasta 5.4 GHz con tecnología Intel Turbo Boost, 28MB de caché L3, 20 núcleos y 28 subprocesos)

"Crisis de la transición y el fortalecimiento de la Democracia"

MEMORIA	CAPACIDAD 16GB		
TIPO	DDR5 4800 MHz		
ALMACENAMIENTO	CAPACIDAD 512GB		
TIPO	SSD PCIe NVMe M.2		
PANTALLA	23.8" FHD (1920 x 1080) IPS, 250 nits, 72% de NTSC, Antirreflectante		
TARJETA DE VIDEO	MARCA	INTEL	
CHIPSET	Gráficos UHD 770		
CONECTIVIDAD	WLAN Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2)		
BLUETOOTH	5.3		
SONIDO	PARLANTES	Altavoces	
PUERTOS	Combo Audio/Micrófono	Si	
INCORPORA	WEBCAM	Si	
PUERTOS	USB TIPO-C	1	
USB	TIPO-A	5	
HDMI	1		
DISPLAYPORT	1		
RJ45	1		
DIMENSIONES	LARGO	22.5 cm	
ANCHO	53.93 cm		
ALTO	37.94 cm		
PESO	7.77 Kg		
SISTEMA OPERATIVO	Windows 11 Pro		
GARANTÍA	12 meses		
Costo promedio	S/4,753.80 a S/5,000.00		

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



JUSTIFICACIÓN

- Equipo cuenta con una pantalla de tamaño 23.8 pulgadas cómodo para trabajar y buen espacio visual.
- Al ser AIO solo utiliza 01 enchufe en comparación a los 2 actuales (CPU y monitor).
- No ocupa demasiado espacio.
- Cuenta con cámara, micrófono y altavoz (equipo MINIPC actuales no)
- Sus características son altas debido a su reciente producción.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francis", with a stylized flourish underneath.

CHRIS FRANCIS ALIAGA ORIHUELA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO

14. BAJA - 2026-AGOSTO

REPORTE N° 0007-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAO

A : ING. JOHN FRITZ ORELLANA SOTELO
: JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DE EQUIPOS
: INFORMÁTICOS AIO

REFERENCIA : REPORTE N° 0002-2025/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAO

FECHA : CONCEPCIÓN, 14 DE NOVIEMBRE 2025.

Por intermedio del presente tengo el bien saludarlo e informar:

I. ANTECEDENTES

En el documento de referencia emitido por la unidad de soporte, donde se informa que el PC del área de estación de enfermeras/ cirugía especializada/ hospitalización, presenta problemas en placa debido al cual se congelaba y no permitía iniciar el SO.

inicialmente se decidió dar de baja el equipo, ya que presenta daños en la placa madre, pero el área usuaria requiere un equipo en calidad de repuesto ya que es un área crítica y donde los médicos realizan reportes diarios del sistema EHCOS y no pueden quedarse desbastecidos.

II. ANÁLISIS**DESCRIPCIÓN**

MARCA	ADVANCE
MODELO	AI8274
SERIE	PE180259360022
COD. PAT.	ILEGIBLE

ESTADO

El equipo paso las pruebas de funcionamiento básicos, pero aun presenta fallas en:

- Detección de redes WIFI – DAÑADO (daño en tarjeta WIFI)
- Mouse – DAÑADO (agarres de carcasa dañados)
- Datos perdidos por cambio de HDD

CONCLUSIÓN

- el equipo funciona con normalidad y puede realizar las labores básicas (OFIMÁTICA, SISTEMA HOSPITALARIO).

PUNTOS RELEVANTES:

- Equipo reportado tiene más de 5 años de uso continuos, pero ya presenta fallas debido al deterioro natural de sus componentes.
- Los procesos de cambio de piezas (repuestos) HDD, RAM, Tarjetas HDMI, adaptadores de VGA a HDMI/display alargan la vida útil de los equipos informáticos.
- Todos los equipos informáticos tienen un tiempo de vida (vigencia tecnológica).

III. CONCLUSIÓN

El equipo reportado fue subsanado moderadamente, retirándose componentes que crean conflictos en su funcionamiento, por lo que actualmente funciona con normalidad, pero debido al daño ya identificado este equipo dejara de funcionar a mediano plazo.


IV. RECOMENDACIONES

Por lo visto y expuesto la unidad de soporte técnico sugiere que se pronostique la adquisición de nuevos equipos a fin de actualizar el Parque informático y remplazar los que van quedando inoperativos, como en el caso actual.

Todo esto para garantizar el funcionamiento adecuado de los departamentos y servicios que componen el IREN Centro.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



CHRIS FRANCIS ALIAGA ORIHUELA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO

14. BAJA-2026-AGOSTO

LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES PARA BAJA MARZO 2026

ITEMS	UBICACIÓN FÍSICA	CODIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE	ESTADO	OBSERVACIONES
1	A1-208	74222760009	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	HP	LASER JET ENTERPRISE MFP M725	BLANCO HUMO/NEGRO	MXDC1941DQ	M	
2	A1-208	74222760015	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL	HP	LASER JET ENTERPRISE MFP M725	BLANCO HUMO	MXDC1941F9	M	
3	A1-208	SIN CODIGO	RELOJ ANALITICO DE PARED 1 CARA	MOBATIME	TR0.30 R1	BLANCO HUMO	2025908 0132	M	
4	A3-210	740877000056	MONITOR A COLOR	HP	V203P	NEGRO	6CM8221PW2	M	
5	B3-S169	SIN CODIGO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO CPU	HP	PRODESK 400 G3	NEGRO	8CG7155H4X	M	
6	B3-S169	SIN CODIGO	MONITOR A COLOR	HP	V202	NEGRO	3CQ646086Y	M	
7	B3-S169	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR 211	NEGRO	BEXJLOAWYB5147	M	CON MOUSE
8	B3-343	SIN CODIGO	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO Y MONITOR INTEGRADO	ADVANCE	ADV-8301	NEGRO/PLATA	PE180259360022	M	
9	A3-104	740895000085	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXJLOAWYB0A049	M	CON MOUSE
10	B5-203	740878680021	MONITOR CON PROCESADOR INTEGRADO	HP	ONE PRO 600 G4	NEGRO	8CG8423TCQ	M	
11	A3-217	7408950000307	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXJLOAL61T28	M	
12	B3-109	7408950000047	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXJLOALAA08TP	M	
13	A1-207	740895000253	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXJLOBLA871CR	M	CON MOUSE
14			TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXJLOALAA0801	M	
15	A2-207	740895000128	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXJLOALAA08X3	M	CON MOUSE
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									

REPORTE N° 336-2026 GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/ DASDT /SF

A : M.E JANET ARCE VILLAVICENCIO
Jefe de la Dirección de Atención al Paciente, Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento

ATENCION : CPC. DAVID FUENTES MARCIAL
Jefe de la oficina de patrimonio

ASUNTO : solicito baja del bien por inoperatividad

REF : REPORTE N°293 -2026 GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/ OEA /OIH


FECHA : Concepción, 20 de abril del 2026

Por medio de la presente es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez, informarle que, Mediante reporte N° 293 -2026, ***emitido por el responsable del Área de Mantenimiento de Equipos Biomédico, donde se realizó la evaluación del termohigrómetro asignado al servicio de farmacia con código patrimonial N° 602293840016***, informa que el equipo presenta fallas en la pantalla afectado la medición de temperatura, humedad y pérdida de funcionalidad. Asimismo, se determina que el equipo se encuentra **inoperativo** y que su reparación no es viable debido a que el costo para adquirir una pantalla es similar al precio de un equipo nuevo.

En tal sentido se solicita realizar las acciones correspondientes para la **baja del termohigrómetro**, de acuerdo a la normativa vigente, procediendo a su retiro del inventario institucional.

Se adjunta:

- Reporte N°00293-2026
- Adjunto termohigrómetro inoperativo



Atentamente

Fs 07
C.c Archivo
EEPM/ kzl

Exp.	10447172
Doc.	07081323

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS DEL CENTRO

C.F. EDIR E. PARRAGA MACIVI
JEFE DEL SERVICIO DE FARMACIA
C.O.P. 18703



Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN-Centro
Progreso N°1235,1237,1239 Sector Palo Seco Concepción – Junín
dirección_general@irencentro.gob.pe

26

16
02



15. BAJA - 2026. AGOSTO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



REPORTE N°00293 - 2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS

A : Lic. Adm. Fray Gustavo Huamán Quispe
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración

ATENCIÓN : Servicio de Farmacia

ASUNTO : RESPUESTA SOBRE DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO Y RECOMENDACIÓN
DEL EQUIPO TERMOHIGRÓMETRO

REFERENCIA : REPORTE N°260-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/DASDT/SF

FECHA : Concepción, 06 de abril de 2026

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS CENTRO
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
06/04/26
RECEPCION
HORA: 10:52 FOLIO: 05
FIRMA: [Firma]

Mediante el presente, respondemos a su solicitud de conocer el diagnóstico específico del equipo termohigrómetro referenciado en el REPORTE N°0013-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/DASO T/SF/DT.

El equipo fue evaluado por el personal del Taller Biomédico, según el Reporte Técnico N°18-2026, donde se identificó la falla en la pantalla LCD el cual presenta una mancha negra y variación en la lectura de datos de temperatura. Tras analizar las opciones de reparación, se determina que el costo para adquirir una nueva pantalla es similar al precio de un equipo nuevo, por lo que se recomienda dar de baja al equipo.

Asimismo, se sugiere realizar las gestiones administrativas correspondientes para la adquisición de un nuevo termohigrómetro, con el fin de garantizar un monitoreo adecuado de la temperatura y la correcta preservación de los productos del área.

Es todo cuanto informo para su atención y fines pertinentes.
Atentamente;

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
Ing. Josmell Peláez Santos
JEFE (e) DE OFICINA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y
DE SERVICIOS

Serv. Farmacia
PROVEIDON° 4267
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
PASE A: OGDRI () OA () OE ()
OIHS () SECRET () OTROS ()
PARA: ☒ ATENCIÓN
☐ CONOCIMIENTO
☐ REVISIÓN
☐ INFORME TÉCNICO
☐ OTROS
Acciones correspondientes
CONCEPCIÓN 06/04/26

f.s.05
JJPS/ljpc
C.C. Archivo

DOC.	10386153
EXP.	07026484

N° 294-
SERVICIO DE FARMACIA - IREN - CENTRO
Pase a: DIRECTOR TÉCNICO
Para: OF. KEY ZARATE
PARA LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES
13 de 04 de 2026

15. BAJA. 2026. AGOSTO

24



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



MEMORANDO N°030- 2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS

A : ING. DAVID EMMANUEL BERAUN ESPÍRITU

ASUNTO : ENCARGADO DE LA OFICINA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS

FECHA : Concepción, 06 de abril de 2026

Es grato dirigirme a usted para hacerle llegar mis saludos cordiales a nombre de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios así mismo aprovechar la presente para hacerle de conocimiento que el día **06, 07 y 10 de abril de 2026**, se le designa como **ENCARGADO de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios**, con la finalidad de cumplir con las funciones asignadas a esta Oficina.

Insto a estricto cumplimiento bajo responsabilidad administrativa y correcta diligencia, según el reglamento interno de servicios civiles (RIS) del IREN CENTRO.

Por lo expuesto, agradezco de antemano su atención al presente, es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente;

DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
IREN
CENTRO
Ing. Josimar Palacios Santos
JEFE (a) DE OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y
DE SERVICIOS

Receido
06/04/26

f.s.01

JJPS/lpc

C.C. Archivo

DOC.	10384977
EXP.	07042465

14



"Año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia"



REPORTE TÉCNICO N° 018-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS/UIB/TB

A : ING. HASLER CUTE ORE
COORDINADOR DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

ASUNTO : Adquisición de Termohigrómetro

FECHA : Concepción, 01 de abril de 2026

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de Ingeniería Biomédica, a la vez reportar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES Y/O DIAGNOSTICO INICIAL

Se inspecciona el Equipo Termohigrómetro del servicio de farmacia el cual presenta deficiencias en su visualización de temperatura y otros datos por lo que la pantalla LCD tiene una mancha negra en la parte inferior de la pantalla, también hay variación en la lectura de datos de la temperatura.



II. ANÁLISIS Y/O EVALUACIÓN

La pantalla LCD es imposible de reparar, adquirir solo la pantalla es de alto costo por lo que se recomienda adquisición de un nuevo Equipo termohigrómetro para garantizar el monitoreo adecuado de temperatura y garantizar su preservación en buen estado de los productos.

Cant.	Equipo	Marca	Modelo	Serie	Código Patrimonial
01	Termohigrómetro	eurolab	S/M	S/S	602293840016

III. CONCLUSIONES.

La pantalla LCD del Equipo termohigrómetro no es posible reparar ya que su liquido interno de la pantalla LCD se está esparciendo.



IV. RECOMENDACIONES.

Se recomienda su adquisición de nuevo Equipo termohigrómetro para garantizar monitoreo adecuado de la temperatura para su preservación de los productos.

Atentamente,

Rafaelo Chávez Cofre
Rafaelo Chávez Cofre
COORDINADOR DE MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
IREN - CENTRO

[Signature]
1/04/26

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN - Centro
Progreso N° 1235, 1237, 1239 Sector Palo Seco Concepción - Junín
direccion@irencentro.gob.pe



15. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



DIRECCIÓN REGIONAL DE
INSTITUTO DE ENFERMEDADES NE
OFICINA SUBCENTRAL DE REG. Y PAT. AGU.
26 - 03 - 2026
RECEPCION
HORA: 16:52 FOLIO: 02
FIRMA: *[Signature]*

REPORTE N° 260-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/DASDT/SF

A : M.E. YANET ARCE VILLAVICENCIO
Jefe del Departamento de Atención de Soporte al Diagnóstico
y Tratamiento

ATENCION : ING. JOSMELL JAVIER PALACIOS SANTOS
Responsable de Mantenimiento e Infraestructura

ASUNTO : SOLICITO SABER EL DIAGNOSTICO ESPECIFICO DEL EQUIPO
TERMOHIGROMETRO

REFERENCIA : REPORTE N°0013-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/DASDT/
SF/DT

FECHA : Concepción, 27 de marzo del 2026

Por medio del presente es grato dirigirme a usted, para saludar cordialmente; así mismo solicitar de forma urgente el diagnóstico específico del equipo termohigrómetro a razón de saber si el equipo sufrió una caída o según refiere en el reporte de la referencia tener falla de funcionamiento, en tanto se solicita realizar la consulta específica al área conocedor que son ustedes y saber si estaría apto para poder darle de baja de los equipos inventariados en la oficina de patrimonio.

Se adjunta: Equipo Termohigrómetro en controversia.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

30-03-26
RECEPCION
HORA: 16:49 FOLIO: 02
FIRMA: *[Signature]*

PROVEIDO N° 2088
Atentamente
PASE A: OGDH () OA () OE ()
OIHS () SECRET () OTROS ()
PARA: ATENCIÓN
CONOCIMIENTO
REVISIÓN
INFORME TÉCNICO
OTROS
[Signature]
CONCEPCIÓN 30/03/26
Fs.02
C.c Archivo
EEPM/esh
N° DOC. 10360754
N° EXP. 07026484

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NE
OFICINA SUBCENTRAL DE REG. Y PAT. AGU.
Q.F. EDIR E. PARRAGA MARAVI
JEFE DEL SERVICIO DE FARMACIA
C.O.P. 13705

27 03 2026
HORA: 12:52
FOLIO: 02
FIRMA: *[Signature]*
Recepción: *[Signature]*

PROVEIDO N°
DPTO DE DASDT IREN-CENTRO
Pase a: OEA
Pase a: *[Signature]*
27 03 26

15. BAJA - 2026 - AGOSTO

AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA



REPORTE N° 0013 -2026 GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/ DASDT /SF/DT

A : Q.F. EDIR E. PARRAGA MARAVI
Jefe del Servicio de Farmacia del IREN - CENTRO

DE : Q.F. KELLY ZARATE LIZARRAGA
Director Técnico del Servicio de Farmacia del IREN CENTRO

ATENCION : Q.F. MARIA DEL PILAR GUTARRA QUISPE
Responsable de la UMO

ASUNTO : FALLA DEL TERMOHIGROMETRO

FECHA : Concepción, 03 de Marzo de 2026

Por medio de la presente es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y a la vez, informarle lo siguiente:

En referencia al documento emitido donde informa que el termohigrómetro asignado al área presenta fallas en su funcionamiento, por lo que no garantiza la correcta medición de la temperatura y humedad. Se sugiere realizar la consulta con el área correspondiente para evaluar el estado del equipo y tener una opinión profesional, en caso de que no habría una respuesta satisfactoria, se recomienda **proceder con el trámite para dar de baja el equipo**, sustentando el tiempo de uso y las acciones tomadas y que no es posible asegurar su correcto funcionamiento, cabe mencionar también en caso que el equipo haya sido caído de manera involuntaria el área asumirá la responsabilidad de la adquisición de un nuevo termohigrómetro a fin de reponer en bien de la institución.

Sin otro particular me despido muy cordialmente, esperando su atención urgente al presente documento.


Se adjunta el termohigrómetro dañado

Atentamente,

Fs
C.c Archivo
EAB

Exp.	
Doc.	

IREN CENTRO
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS
Q.F. KELLY ZARATE LIZARRAGA
CGP N° 24575



Nº
SERVICIO DE FARMACIA - IREN - CENTRO

Pase a:

Para:

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN - Centro
Progreso N° 1235, 1237, 1239 Sector Palo Seco Concepción - Junín
direccion@irencentro.gob.pe

Concepción, de 2026

01 01



REPORTE N° 398 -2026 -GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI


A : LIC. FRAY GUSTAVO QUISPE HUAMAN
JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

ATENCIÓN : OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

ASUNTO : EQUIPOS PARA BAJA

REFERENCIA : REPORTE N°0134-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAO


FECHA : Concepción; 16 de julio del 2026.



Por medio de la presente referencia, se remite la información proporcionada por la Unidad de Soporte Técnico, la cual contiene el detalle correspondiente para su conocimiento, evaluación y fines que estime pertinentes.

Atentamente;

DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD JUNÍN
INSTITUTO DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS IREN CENTRO
Jefe de la Oficina Tecnologías de la Inf



Fs (05)
C.c. Archivo
JRSP/kamch

DOC.	10799988
EXP.	07302211


**REPORTE N° 0134-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OTI/UST/CFAO**

A : Ing. JAVIER ROLANDO SALAS PALACIOS
JEFE DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN

ATENCIÓN : OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

ASUNTO : EQUIPOS PARA BAJA

FECHA : Concepción, 16 de julio 2026.



Por intermedio del presente tengo el bien saludarlo e informar:

1. ANTECEDENTES

DERIVADO N° 470
DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PASE A: [Signature]
PARA: [Signature]
FECHA: 16-07-2026

Durante el presente año, diversos servicios de la institución han reportado la inoperatividad de equipos informáticos que afectan el normal desarrollo de sus actividades. Asimismo, como parte de las inspecciones y verificaciones realizadas por la Unidad de Soporte Técnico, se identificaron equipos que presentan un considerable deterioro debido al uso continuo y al desgaste propio de su vida útil.

2. ANÁLISIS

La mayor parte del equipamiento informático con el que cuenta la institución fue suministrado por el Consorcio Hospitalario del Centro como parte de la implementación del proyecto IREN Centro. Desde su entrega/ puesta en funcionamiento hasta la fecha, dichos equipos registran más de ocho (08) años de operación continua.

Como consecuencia de este prolongado periodo de uso, se ha evidenciado un incremento en la cantidad de equipos que presentan fallas recurrentes o se encuentran totalmente inoperativos debido al desgaste natural de sus componentes. Esta situación es consistente con el ciclo de vida útil recomendado para equipos informáticos de uso institucional, el cual, de acuerdo con las buenas prácticas de gestión de activos tecnológicos y las recomendaciones de los fabricantes, oscila entre cinco (05) y seis (06) años.

En ese contexto, el equipamiento actual ha superado su vida útil esperada, incrementando la probabilidad de fallas, los costos de mantenimiento correctivo, los tiempos de indisponibilidad y el riesgo de interrupción de las actividades asistenciales y administrativas que dependen de estos recursos tecnológicos.



16. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



3. DESARROLLO

a la fecha se cuenta con equipos informáticos almacenados en la Unidad de Soporte Técnico a la espera del proceso de baja definitiva.

EQUIPO 01 - MONITOR

MARCA	HP
MODELO	V203P
SERIE	6CM82301Y7
SERVICIO DE ORIGEN	laboratorio/ Microbiologia
DIAGNOSTICO	Monitor presenta líneas en la parte central de la pantalla
ESTADO	INOPERATIVO

EQUIPO 02 - MONITOR

MARCA	HP
MODELO	V203P
SERIE	6CM82503GN
SERVICIO DE ORIGEN	Terapia física
DIAGNOSTICO	Monitor presenta líneas en la parte inferior de la pantalla
ESTADO	INOPERATIVO

EQUIPO 03 - MONITOR

MARCA	HP
MODELO	V203P
SERIE	6CM82501N9
SERVICIO DE ORIGEN	Emergencia/ Topico
DIAGNOSTICO	Monitor presenta líneas en la parte central de la pantalla
ESTADO	INOPERATIVO

EQUIPO 04 - MONITOR

MARCA	HP
MODELO	V202
SERIE	3CQ6480B79
SERVICIO DE ORIGEN	Data center
DIAGNOSTICO	Monitor no presenta colores
ESTADO	INOPERATIVO

EQUIPO 05 - TELÉFONO

MARCA	CISCO
MODELO	CP-8841
SERIE	FCH2213DCX3
SERVICIO DE ORIGEN	SOP/ Estar Medico
DIAGNOSTICO	Teléfono con placa en corto
ESTADO	INOPERATIVO

EQUIPO 06 - TECLADO

MARCA	HP
MODELO	KBAR211
SERIE	BEXJL0ALAAO9WL
SERVICIO DE ORIGEN	RRHH

08
03



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



DIAGNOSTICO
ESTADO

Teclado lamina con deteriorada
INOPERATIVO

EQUIPO 07 - TECLADO ✓

MARCA
MODELO
SERIE
SERVICIO DE ORIGEN
DIAGNOSTICO
ESTADO

HP
KBAR211
BEXJL0ALA660MV ✓
Patrimonio
Teclado lamina con deteriorada
INOPERATIVO

EQUIPO 08 - MOUSE ✓

MARCA
MODELO
SERIE
SERVICIO DE ORIGEN
DIAGNOSTICO
ESTADO

HP
SM-2022
FCMHH0CJPB9DX0
Quimio. adultos
Botón derecho inoperativo
INOPERATIVO

EQUIPO 09 – MONITOR A COLOR

MARCA
MODELO
SERIE
SERVICIO DE ORIGEN
DIAGNOSTICO
ESTADO

HP
V202
3CQ6480B6B ✓
-
reportado con anterioridad
INOPERATIVO

EQUIPO 10 – LAPTOP ✓

MARCA
MODELO
SERIE
SERVICIO DE ORIGEN
DIAGNOSTICO
ESTADO

HP
CQ50
2CE8389GXY ✓
-
reportado con anterioridad
INOPERATIVO

EQUIPO 11 – COMPUTADORA AIO ✓

MARCA
MODELO
SERIE
SERVICIO DE ORIGEN
DIAGNOSTICO
ESTADO

ADVANCE
A18274
PE170256270003 ✓
-
reportado con anterioridad
INOPERATIVO

EQUIPO 12 – IMPRESORA

MARCA
MODELO
SERIE
SERVICIO DE ORIGEN
DIAGNOSTICO

HP
M402dn ✓
BRBSL8V31T
-
reportado con anterioridad



16. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



ESTADO

INOPERATIVO

EQUIPO 13 – IMPRESORA CENTRALIZADA ✓

MARCA	KONIKA MINOLTA
MODELO	BIZHUB 225i
SERIE	ACN2041003749
SERVICIO DE ORIGEN	Hospitalización - Coordinación
DIAGNOSTICO	Unidad de imagen averiada y polvo revelador faltante
ESTADO	INOPERATIVO

4. CONCLUSIÓN

Se reporta los equipos informáticos en estado INOPERATIVO y que requieren su baja definitiva.

Es cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

CHRIS FRANCIS ALIAGA ORIHUELA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SOPORTE TÉCNICO

FS. 04
C.C. archivo
CFAO/CFAO

N° DOCUMENTO	10799697
N° EXPEDIENTE	07302211



FICHA DE ASIGNACIÓN EN USO Y DEVOLUCIÓN DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

N° 0010- 2025



ENTIDAD U ORGANIZACIÓN:

INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOLÁSICAS DEL CENTRO

FECHA:

20/07/2026

DATOS DEL USUARIO:

Nombres y apellidos:	CHRIS FRANCIS ALIAGA ORIHUELA	N° DNI:	45986423
Cargo:	RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE SOPORTE TECNICO		
Unidad Orgánica:	ADMINISTRACION		
Modalidad (1):	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS		

DATOS DEL AMBIENTE:

Nombre:	SOPORTE TECNICO
Código:	A1-207

ITEM	CANTIDAD	CÓDIGO PATRIMONIAL	DESCRIPCIÓN (2)					UBICACIÓN	OBSERVACIÓN	
			DENOMINACIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	SERIE/ DIMENSIÓN			ESTADO (3)
1	1	SIN CODIGO	MONITOR A COLOR	HP	V202	NEGRO	6CM82501N9	MALO	A3-106	
2	1	SIN CODIGO	MONITOR A COLOR	HP	V202	NEGRO	3CQ6480B79	MALO	A3-217	
3	1	SIN CODIGO	ANEXO TELEFONICO DIGITAL	CISCO	CP - 8841	GRIS OSCURO	FCH2213DCX3	MALO	B2-227	
4	1	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	PHOU	NEGRO	BEXJLD0ALAA08WL	MALO	A3-210	
5	1	SIN CODIGO	TECLADO - KEYBOARD CON PUERTO USB + MOUSE CON PUERTO USB	HP	KBAR211	NEGRO	BEXJLD0ALAA660MV	MALO	A2-207	
6	1	SIN CODIGO	MONITOR A COLOR	HP	V202	NEGRO	3CQ6480B8B	MALO	B4-110	Patrimonio
7	1	SIN CODIGO	COMPUTADORA PERSONAL - LAPTOP	HP	CQ50	NEGRO	2CE8389GXY	MALO	B4-110	Patrimonio
8	1	SIN CODIGO	MONITOR INTEGRAL	ADVANCE	A18274	NEGRO	PE170256270003	MALO	B4-110	Patrimonio
9	1	740841000038	IMPRESORA LASER	HP	LASERJET PRO M402DNE	BLANCO	BRSL8V31T	MALO	B4-110	Patrimonio
10	1	740841000003	IMPRESORA LASER	KONICA MINOLTA	BIZHUB 225i	NEGRO	ACN2041003749	MALO	B3-305	
11	1	740877000211	MONITOR A COLOR	HP	V203P	NEGRO	6CM82503GN	MALO	B5-101A	
12	1	740877000126	MONITOR A COLOR	HP	V203P	NEGRO	6CM82301Y7	MALO	B5-121	

NOTA: EL LISTADO DE BIENES PATRIMONIALES CORRESPONDE PARA EL TRAMITE DE BAJA. REPORTE N° 398-2026/DIRESAJIREN-CENTRO/OTI

- (1) La modalidad de contratación es consignada en base a la siguiente escala: Funcionario, Destacado, Nombrado, Contratado.
(2) En caso de vehículos, se utiliza adicionalmente el Formato de Ficha Técnica de Vehículo, contemplado en el Anexo N° 8. En caso de semovientes, utilizar escala de acuerdo a su naturaleza.
(3) El estado es consignado en base a la siguiente escala: nuevo, bueno, regular, malo. En caso de semovientes, utilizar escala de acuerdo a su naturaleza.

CONSIDERACIONES:

- El usuario es responsable de la permanencia y conservación de cada uno de los bienes descritos; recomendándose tomar las precauciones del caso para evitar sustracciones, deterioros, etc.
- Cualquier necesidad de traslado del bien mueble patrimonial dentro o fuera de la Entidad u Organización es previamente comunicado al encargado de la Unidad de Control Patrimonial.

UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

16. BAJA - 2026 - AGOSTO

5



17. BAJA - 2026 - AGOSTO

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



REPORTE N°631-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS


A : Lic. Gustavo Fray Huaman Quispe
Jefe de la Oficina Ejecutiva de Administración

ATENCIÓN : Unidad de Control Patrimonial

ASUNTO : SOLICITUD DE BAJA DE GLUCÓMETRO Y PIPETA

REFERENCIA : REPORTE TÉCNICO N°037-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS/UIB/TB
REPORTE TÉCNICO N°038-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS/UIB/TB

FECHA : Concepción, 15 julio de 2026




Es grato dirigirme a usted para saludarle cordialmente a nombre de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios, a la vez, remito los Reportes Técnicos, emitidos por la Unidad de Ingeniería Biomédica. Los documentos mencionados contienen la evaluación técnica realizada en el taller biomédico, la cual concluye que los siguientes bienes se encuentran totalmente inoperativos y sin posibilidad de reparación:

- Pipeta 10-100 µL: Marca Labolan, modelo Cap Soft Line, serie LF10435 - M15228
- Glucómetro: Marca Roche Accu-Chek, modelo Performa Nano, serie 53310436328 ✓

En consecuencia, y conforme a lo recomendado en los informes técnicos, solicitó a su unidad realizar el trámite correspondiente para dar de baja a dichos bienes.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,



PROVEIDO N° 2576
OFICINA DE ABASTECIMIENTO - IREN CENTRO
Paso a: U.C. Patrimonial
Para: Su atención
Concepción 15 de 07 del 2026

DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN
INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLASICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO
Ing. David E. Beran Espiritu
JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERIA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS



PROVEIDO N° 8193
OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
BASE A: OGDRI () OA () DE ()
OIHS () SECRET () OTROS ()
PARA: ATENCION
() CONOCIMIENTO
() REVISION
() INFORME TECNICO
() OTROS
Evaluación y seguimiento
CONCEPCION 15/07/26

f.s.04

BEBE/ljpc

C.C. Archivo

DOC.	10795180
EXP.	07299537



17. BAJA. 2026 - AGOSTO



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

MEMORANDO N°067-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OEA/OIHS

A : JOSMELL JAVIER PALACIOS SANTOS

ASUNTO : DESIGNACIÓN DE FUNCIONES


FECHA : Concepción, 14 de julio de 2026

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y de Servicios, a la vez, comunico a usted, será asignado como **ENCARGADO** de la **OFICINA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS** el día martes 14 y miércoles 15 de julio de 2026. Por lo que se recomienda realizar las funciones, bajo responsabilidad administrativa y funcional.

Insto estricto cumplimiento bajo responsabilidad administrativa y correcta diligencia, Según el Reglamento Interno de Servicios Civiles (RIS), del IREN CENTRO, basada en la Ley N°26842 Ley General de Salud.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,


 Ing. David E. Bermejo Espinoza
 JEFE DE LA OFICINA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y DE SERVICIOS


 Reinaldo

f.s.01

DEBE/lpc

C.C. Archivo

DOC.	10788580
EXP.	07295654

17. BAJA - 2026 - AGOSTO

JUNIN "Año de la recuperación y consolidación de la economía Peruana" IREN

REPORTE TÉCNICO N° 037-2026/GRJ/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS/UIB/TB

A : ING. HASLER CUTE ORE
UNIDAD DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

ASUNTO : Instrumento inoperativo

FECHA : Concepción, 4 de julio del 2026

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de Ingeniería Biomédica, a la vez reportar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES Y/O DIAGNOSTICO INICIAL

Datos del instrumento según programa de mantenimiento de equipos biomédicos 2026.


Denominación	Marca	Modelo	Serie	UPSS	Ambiente
Pipeta 10 - 100 ul.	LABOLAN	CAP SOFT LINE	LF10435	Anatomía Patológica	Histopatología

Se realizó la búsqueda y verificación de las pipetas, según programa de mantenimiento correspondiente al mes de julio del 2026, en las upss de anatomía patológica y otro. Ubicando el instrumento en el taller biomédico.

II. ANÁLISIS Y/O EVALUACIÓN

El instrumento se encuentra en el taller biomédico totalmente desmontado (piezas separadas) y en una bolsa de plástico.

La serie del instrumento figura en el círculo, no está visible a simple vista.



III. CONCLUSIONES.

- ✓ El instrumento se encuentra inoperativo.
- ✓ El instrumento se entrega a la jefatura biomédica (UIB) el 6 de julio del 2026, (tal como se encontró en el taller biomédico, desmontado y en una bolsa de plástico).

IV. RECOMENDACIONES y/o OBSERVACIONES.

- ✓ Se informa a la unidad de ingeniería biomédica.
- ✓ Se recomienda UIB hacer la entrega del instrumento a patrimonio o a la upss q pertenece, con documento.

Atentamente



RAUL ALIAGA C.

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN - Centro
Progreso N° 1235, 1237, 1239 Sector P'vo Suro Concepción - Junín
direccion@irencentro.gob.pe

17. BAJA - 2026 - AGOSTO

JUNIN

"Año de la recuperación y consolidación de la economía Peruana"
REPORTÉ TÉCNICO N° 038-2026/GRI/DIRESA/IREN-CENTRO/OIHS/UIB/TB



A : ING. HASLER CUTE ORE
UNIDAD DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

ASUNTO : Glucómetro inoperativo

FECHA : Concepción, 14 de julio del 2026

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Unidad de Ingeniería Biomédica, a la vez reportar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES Y/O DIAGNOSTICO INICIAL

El equipo se encuentra en el taller biomédico, según rotulo desde el 27 de mayo del 2021, como INOPERATIVO.

Datos del equipo:

Denominación	Marca	Modelo	Serie	COD. PAT.	UPSS - AMBIENTE
GLUCOMETRO	Roche Accu Chek (cobas)	Performa Nano	59310496328	602246040008	INGENIERIA HOSPITALARIA Y SERVICIOS - TALLER BIOMEDICO

II. ANÁLISIS Y/O EVALUACIÓN

Al realizar la inspección externa del equipo, presenta anomalías de desmontaje.

Se procedió a encender el equipo y se visualiza la pantalla negra (no visualizándose los dígitos).

El equipo adicionalmente tiene un estuche y punzón.

III. CONCLUSIONES.

- ✓ El equipo se encuentra inoperativo en el taller biomédico. Ver las sgtes imágenes.
- ✓ El equipo se entrega a la jefatura biomédica (UIB) el 14 de julio del 2026, (tal como se encontró en el taller biomédico).

IV. RECOMENDACIONES y/o OBSERVACIONES.

- ✓ Se informa a la unidad de ingeniería biomédica.
- ✓ Se recomienda UIB hacer la entrega del equipo a patrimonio o a la upss q perteneció, con documento.
- ✓ El equipo inicialmente perteneció a UCI Adulto (2019 - 2020).

Atentamente.



RAUL ALIAGA C.